

FICHA MICROBIOLÓGICA – CHONTADURO (*Bactris gasipaes* Kunth) Fecha de elaboración: 5 de octubre de 2025 | Versión: 1.0

1. OBJETIVO Proveer una guía práctica y estandarizada para el muestreo, análisis microbiológico, interpretación de resultados y acciones correctivas aplicables a chontaduro fresco y su procesamiento (pulpa, harina, productos fermentados).
2. ALCANCE Aplica a laboratorios de control de calidad y plantas procesadoras que reciban, manipulen o transformen chontaduro para consumo humano o industrial.
3. PRINCIPALES ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS - Recuento de aerobios mesófilos: PCA, 30°C, 48 h, $<10^2$ UFC/g. - Mohos y levaduras: DRBC o Sabouraud, 25°C, 5-7 días, $<10^3$ UFC/g. - Coliformes totales: VRBA, 35°C, 24-48 h, $<10^2$ UFC/g. - *Escherichia coli*: TBX agar, 44°C, 24 h, ausencia en 25 g. - *Salmonella* spp.: Preenriq. peptona 225 mL/25 g, XLD/SS, ausencia en 25 g. - *Staphylococcus aureus*: Baird Parker, 37°C, 48 h, $<10^2$ UFC/g. - *Listeria monocytogenes*: PALCAM/Oxford, 30–37°C, ausencia en 25 g.
4. PREPARACIÓN DE MUESTRA Pesar 25 g de muestra, adicionar 225 mL de diluyente estéril, homogeneizar y realizar diluciones decimales 10^{-1} a 10^{-6} .
5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS - Aceptable: aerobios $<10^2$, mohos $<10^3$, ausencia de patógenos. - Condicional: aerobios 10^2 – 10^3 , revisar proceso y vida útil. - Rechazo: aerobios $>10^3$ o detección de patógenos.
6. ACCIONES CORRECTIVAS Retener producto sospechoso, revisar trazabilidad, realizar limpieza profunda, validar con pruebas ATP o microbiológicas, reentrenar personal en BPM.
7. BUENAS PRÁCTICAS Lavado y desinfección de fruta (hipoclorito 50–200 ppm o ácido peracético), mantener cadena de frío 0–4°C, evitar contaminación cruzada, control de plagas y residuos.
8. SEGURIDAD Usar EPP, eliminar residuos biológicos según norma local.
9. REGISTRO Documentar resultados, fecha, lote y responsable. Incluir interpretación y acciones.

--- **Contacto técnico:** Puede generarse SOP detallado, plantilla Excel de resultados y protocolo de desinfección bajo solicitud.