


Schiebeschalter Knitter MMP 1010 Dx-1
SW1



Datum	V	Änderungen
08.09.2025	V004	Temperatursensoren ADT7420 durch TMP117 ersetzt. js
08.09.2025	V004	C3 und C4 direkt an IC3 und IC4 plaziert
08.09.2025	V004	Beschriftungen geändert und vereinheitlicht
08.09.2025	V004	C1 an UBat. angeschlossen

Titel	Präzisionsdatenlogger		
Zeichner	js	jsw	Blatt
Änderung	02.10.2025	10:15	
Projekt	2020-0007	Auftrag	
Datei	Logger_V004.T3001		