



ملاحظات	حالة أمر الشغل	تاريخ إغلاق أمر الشغل	تاريخ أمر الشغل	أنشأ بواسطة	الموضوع	السيريال	الباركود	اسم الأصل	رقم أمر الشغل	٩
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۱:۰٥ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	۱۱:۰۵ ۲۰۲۳/۳/۱٦ ص	rashida.etay	لا يعمل	•11.9•/٢•9٤79٤0	17.1150	Syringe Pumps	WO91	١
تم العمل	تم العمل وقبل	۱:٤٧ ۲۰۲۳/۳/۱۲ م	۲۱/۳/۳۲۱۲ م	rashida.etay	لا يعمل	7017171879	17.1	Ventilators, Intensive Care	WOAT	۲
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:٤٤ ۲۰۲۳/۳/۸	۹:٤٤ ۲۰۲۳/۳/۸ ص	rashida.etay	الضغط لا يعمل	PV•7801-L•	17.117	Monitoring Systems, Physiologic	WO۹۰	٣
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۳/۲ ص	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۳/۲ ص	rashida.etay	error لا تعمل 110	11.9XP.E.717.1	17.1	Incubators, Infant, Transport	WO۸۹	٤
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۳/۲ ص	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۳/۲	rashida.etay	error لا تعمل 110	11.7XP.77A17.1	17.1	Incubators, Infant, Transport	WOM	0
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۳۹ ۲۰۲۳/۳/۱ ص	۹:۳۹ ۲۰۲۳/۳/۱ ص	rashida.etay	صوت الحضانه عالي	1111XP.00V17.1	17.1	Incubators, Infant, Transport	WOAV	٦
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۲/۲/۳۲۰ ۲۰:۲۱ م	۲۰۲۲/۲/۲۲ م	rashida.etay	بها صوت عالي	1111XP • 00V1Y • 1	17.1۲۲	Incubators, Infant, Transport	WO ₀ 0	٧
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۲/۲/۳۲۰۲ ۲۰:۲۱ م	۲۰۲۲/۲/۲۲ م	rashida.etay	الضغط لا يعمل	H•-MC\•£V0	17.1190	Monitoring Systems, Physiologic	WONE	٨
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	rashida.etay	لا يعمل	I•-MC\•0V٦	14.1197	Monitoring Systems, Physiologic	WOAT	٩
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	rashida.etay	لا يعمل	•11.09.7/	17.1188	Syringe Pumps	WOAY	1.
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	rashida.etay	لا يعمل	13973917\199719	14.1181	Syringe Pumps	WOAI	11
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	۲۰۲۳/۲/۲۰ م	rashida.etay	لا يعمل	7017177781	17.1	Ventilators, Intensive Care	WO۸۰	17

ملاحظات	حالة أمر الشغل	تاريخ إغلاق أمر الشغل	تاريخ أمر الشغل	أنشأ بواسطة	الموضوع	السيريال	الباركود	اسم الأصل	رقم أمر الشغل	۴
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	rashida.etay	لا يعمل	SPW17707V1EPA	۱۷۰۱۰۰۸۰	Phototherapy Units, Neonatal	WOVV	۱۳
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	rashida.etay	لا يعمل	SPW 17777V9VPA	۱۷۰۱۰۰۰۸۹	Phototherapy Units, Neonatal	WOVI	١٤
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	rashida.etay	لا يعمل	SDW • 9٣٦ • 9۲9PA	17.1	Phototherapy Units, Neonatal	WOV9	10
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	۱۰:٥٣ ۲۰۲۳/۲/۱۳ ص	rashida.etay	لا يعمل	11.7XP.40£14.11	17-171	Incubators, Infant, Transport	WOVA	١٦
تم العمل	تم العمل وقبل	۹/۲/۲۲ ۲۰۲۲ م	۹ ۱۲:۱۱ ۲۰۲۳/۲/۹	rashida.etay	شباك الحضانه مكسور	11.4XP.40111.1	17.1	Incubators, Infant, Transport	WOVo	17
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۲:۱۱ ۲۰۲۳/۲/۹	۱۲:۱۱ ۲۰۲۳/۲/۹	rashida.etay	شباك الحضانه مكسور	11.9XP.E.V17.1	١٧٠١٠٠٠٢٨	Incubators, Infant, Transport	WOVE	١٨
تم العمل	تم العمل وقبل	٦/٢/٣٢٠٦ ع٢:٢ م	۲/۲/۳۲۰۲ ع۲:۲۶ م	rashida.etay	لا يعمل	7017177781	۱۷۰۱۰۰۰۳۸	Ventilators, Intensive Care	WOV	19
تم العمل	تم العمل وقبل	٦/٢/٣٢٠٦ ٤٢:٢ م	٦/٢/٣٢٠٦ ع٢:٢ م	rashida.etay	الاضاءه ضعيفه	٠٩-٣١٢٣	17.1	Slit Lamps	WOYY	۲.
تم العمل	تم العمل وقبل	٥/٢/٣٢٠٢ ٨٥:١ م	٥/٢/٣٢٠٢ م١:٥٨	rashida.etay	لا تعمل	.1.1.9./٢.9٤٣٣٥٣	۱۷۰۱۰۰۱۱۸	Syringe Pumps	WOVI	۲۱
تم العمل	تم العمل وقبل	٥/٢/٣٢٠٢ ٨٥:١ م	٥/٢/٣٢٠٢ ٨٥:١ م	rashida.etay	الضغط لا يعمل	PV•7884-L•	17.117	Monitoring Systems, Physiologic	WOV•	77
تم العمل	تم العمل وقبل	٥/٢/٣٢٠٦ ٨٥:١ م	٥/٢/٣٢٠٢ م٠:١ م	rashida.etay	الضغط لا يعمل	PV•78Y•-L•	17.114	Monitoring Systems, Physiologic	WO	77
تم العمل	تم العمل وقبل	٥/٢/٣٢٠٦ ٨٥:١ م	٥/٢/٣٢٠٢ م٠:١ م	rashida.etay	لا يعمل	•11.9•/٢١٢٢٩١١	17.1	Syringe Pumps	WOJA	78

ملاحظات	حالة أمر الشغل	تاريخ إغلاق أمر الشغل	تاريخ أمر الشغل	أنشأ بواسطة	الموضوع	السيريال	الباركود	اسم الأصل	رقم أمر الشغل	۴
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۱:۱۵ ۲۰۲۳/۲/۲ ص	۱۱:۱۵ ۲۰۲۳/۲/۲ ص	rashida.etay	الضغط لا يعمل	PV•788•-L•	17.1127	Monitoring Systems, Physiologic	WO	70
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۱:۱۵ ۲۰۲۳/۲/۲ ص	۱۱:۱۵ ۲۰۲۳/۲/۲ ص	rashida.etay	شحن البطاريه لايعمل	7017177787	17.1	Ventilators, Intensive Care	WOJV	۲٦
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۳۸ ۲۰۲۳/۲/۱ ص	۹:۳۸ ۲۰۲۳/۲/۱ ص	rashida.etay	لا يعمل	SPW177V7V9VPA	14	Phototherapy Units, Neonatal	WO0£	۲۷
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۳۸ ۲۰۲۳/۲/۱ ص	۹:۳۸ ۲۰۲۳/۲/۱ ص	rashida.etay	لا يعمل	SPW17707V1EPA	١٧٠١٠٠٠٨٠	Phototherapy Units, Neonatal	WO٦٣	۲۸
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۱:٥٠ ۲۰۲۳/۱/۳۱ ص	۱۱:٥٠ ۲۰۲۳/۱/۳۱ ص	rashida.etay	شباك الحضانه مكسور	11.7XP.70817.1	17.1	Incubators, Infant, Transport	WO70	79
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۱:٥٠ ۲٠۲۳/۱/۳۱ ص	۱۱:٥٠ ۲٠۲۳/۱/۳۱ ص	rashida.etay	لا يعمل	1111XP.00V17.1	17.1	Incubators, Infant, Transport	WO٦٤	٣٠
تم العمل	تم العمل وقبل	۸:۲۷ ۲۰۲۳/۱/۲۳ ص	۸:۲۷ ۲۰۲۳/۱/۲۳ ص	rashida.etay	مسمار تثبيت السرنجه في الحامل مكسور	.17.6.11.14.6	۸۲۰۰۰۱۸	Syringe Pumps	WOTY	٣١
تم العمل	تم العمل وقبل	٦:٢٤ ٢٠٢٣/١/١٨ ص	۲۰۲۳/۱/۱۸ ص	rashida.etay	air sensor تعطي	• ۲۷۲۹ • / ۲۱۸۱ • ۷۱۹	17.1101	Infusion Pumps, General- Purpose	WOII	٣٢
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٦ ۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	rashida.etay	لا يعمل	.1.1.9./٢.9٤٣٣٥٣	۱۷۰۱۰۰۱۱۸	Syringe Pumps	WO7•	٣٣
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٦ ۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	۲۰۲۳/۱/۱۷ و ۱۰:٥٦ ص	rashida.etay	لا يعمل	.1.4.9./٢.9٤٢٧١٤	14.114.	Syringe Pumps	WO09	74
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٥ ۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	۱۰:۵۵ ۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	rashida.etay	لا يعمل	. ۲۷۲۹ . / ۲۱۸۱ . ۷٤٣	17.1	Infusion Pumps, General- Purpose	WOολ	70
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:00 ۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	۱۰:۵۵ ۲۰۲۳/۱/۱۷ ص	rashida.etay	لا يعمل	·۲۷۲٩·/۲۱۸۱٤١٥٧٣	17.1189	Infusion Pumps, General- Purpose	WOov	٣٦



ملاحظات	حالة أمر الشغل	تاريخ إغلاق أمر الشغل	تاريخ أمر الشغل	أنشأ بواسطة	الموضوع	السيريال	الباركود	اسم الأصل	رقم أمر الشغل	۴
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:٥٢ ۲۰۲۳/۱/۱٦ ص	۱۰:٥٢ ۲۰۲۳/۱/۱٦ ص	rashida.etay	لا يعمل	11.4XP.4V117.1	17.119	Incubators, Infant, Transport	WO٥٦	٣٧
تم العمل	تم العمل وقبل	١٠:٥٥ ٢٠٢٣/١/١٥ ص	۱۰:٥٥ ۲۰۲۳/۱/۱٥ ص	rashida.etay	لا يعمل	SPW۱۲۳۷۲۸۱۳PA	17.199	Phototherapy Units, Neonatal	WO0T	٣٨
تم العمل	تم العمل وقبل	۱۰:00 ۲۰۲۳/۱/۱۵ ص	١٠:٥٥ ٢٠٢٣/١/١٥ ص	rashida.etay	لا يعمل	SDW • 9٣٦ • 9۲9PA	17.1	Phototherapy Units, Neonatal	WOoo	٣٩
تم العمل	تم العمل وقبل	۷:٤٧ ۲۰۲۳/۱/۱۲ ص	۷:٤٧ ۲۰۲۳/۱/۱۲ ص	rashida.etay	لا يعمل	7017177787	17.1	Ventilators, Intensive Care	WOOT	٤٠
تم العمل	تم العمل وقبل	۷:۰۳ ۲۰۲۳/۱/۱۲ ص	۷:۰۳ ۲۰۲۳/۱/۱۲ ص	rashida.etay	لا يعمل	7017171E•V	17.1	Ventilators, Intensive Care	WOET	٤١
تم العمل	تم العمل وقبل	9:0٣ ٢٠٢٣/١/٩ ص	۹:٥٣ ۲٠٢٣/١/٩ ص	rashida.etay	المروحه لا تعمل	I•-MC\•0V7	17-1197	Monitoring Systems, Physiologic	WO01	۲3
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:٥٣ ۲٠٢٣/١/٩ ص	۹:٥٣ ۲٠٢٣/١/٩ ص	rashida.etay	الضغط لا يعمل	МС1 • ٤٨ • - Н •	17.1198	Monitoring Systems, Physiologic	WO٥٠	٤٣
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:٥٣ ۲٠٢٣/١/٩ ص	۹:٥٣ ۲٠۲٣/١/۹ ص	rashida.etay	صوت مروحه الجهاز عالي		17.1178	Monitoring Systems, Physiologic	WOE9	દદ
تم العمل	تم العمل وقبل	7:۳۸ ۲۰۲۳/۱/۵ ص	۵/۲۰۲۳/۱ مت:۲ ص	rashida.etay	لا يعمل	•11.9•/٢•980770	١٧٠١٠٠١٤٠	Syringe Pumps	WOEA	٤٥
تم العمل	تم العمل وقبل	0:٤٧ ٢٠٢٣/١/٥ ص	0:٤٧ ٢٠٢٣/١/٥ ص	rashida.etay	الضغط لا يعمل	PV•7881-L•	17.114	Monitoring Systems, Physiologic	WOEV	٤٦
تم العمل	تم العمل وقبل	0:٤٧ ٢٠٢٣/١/٥ ص	0:٤٧ ٢٠٢٣/١/٥ ص	rashida.etay	الضغط لا يعمل	PV•٦٤٤٧-L•	171177	Monitoring Systems, Physiologic	WOEl	٤٧
تم العمل	تم العمل وقبل	۲۰۲۳/۱/٤ ص	۲۰۲۳/۱/٤ ع::5 ص	rashida.etay	لا يعمل	•11.9•/٢•981٣٢٤	1711	Syringe Pumps	WOE0	٤٨



أوامر الشغل

كل الحالات

ملاحظات	حالة أمر الشغل	تاريخ إغلاق أمر الشغل	تاريخ أمر الشغل	أنشأ بواسطة	الموضوع	السيريال	الباركود	اسم الأصل	رقم أمر الشغل	٩
تم العمل	تم العمل وقبل	۷:۲٤ ۲۰۲۳/۱/۳ ص	۷:۲٤ ۲۰۲۳/۱/۳ ص	rashida.etay	لا يعمل	SDW • 9٣٦ • 9۲9PA	17.1	Phototherapy Units, Neonatal	WO££	٤٩
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۱/۲ ص	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۱/۲ ص	rashida.etay	لا يعمل لمبة الكشف		17.197	Warming Units Multipurpose, Neonates	WOE	٥٠
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۱/۲ ص	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۱/۲ ص	rashida.etay	لا يعمل	HG۱۸٠٤٨	17.192	Warming Units Multipurpose, Neonates	WOEI	٥١
تم العمل	تم العمل وقبل	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۱/۲ ص	۹:۰۰ ۲۰۲۳/۱/۲ ص	rashida.etay	المفصله الجانبيه مكسوره		17.117	Incubators, Infant, Transport	WOEY	٥٢