订单详情

生产厂家：扬州上仪仪表有限公司					
序号	订单日期	产品名称	型号	数量	备注
1	2026.7.2	电容式液位计	UHZ-SY-LB	3	杆长：980mm，精度：0.5%FS，输出：4-20mA，供电：24VDC，连接：DN25
2	2026.7.2	电容式液位计	UHZ-SY-LB	1	杆长：1383mm，精度：0.5%FS，输出：4-20mA，供电：24VDC，连接：DN25

检测报告

检测日期：2026.7.23				
检测人员：王英杰				
检查项目/规范		重要度	量检具	检查结果
外观	标识内容：型号、商标、批号。要求字迹清晰、准确无误	△	目测	（√）合格　（　）不合格
外观	1、表面整洁，不能有明显划痕、缺料、生锈等缺陷	△	目测	（√）合格　（　）不合格
	3、密封面清洁，无划伤、毛刺等异常	△	目测	（√）合格　（　）不合格
包装	传感器应有专用的包装箱。 包装盒内应有裹包、垫衬或填充防振保护 包装箱上应有标签并标明： a）名称、商标 b）产品的型号 c）检验日期	△	目测	（√）合格　（　）不合格
绝缘	≧100兆欧	▲	实测	（√）合格　（　）不合格
功能测试	零点输出：3.95mA～4.07mA 满点输出：19.93mA~20.05mA	▲	实测	（√）合格　（　）不合格

扫描全能王 创建