订单详情

生产厂家：上海中创汇仪传感技术有限公司					
序号	**订单日期**	**产品名称**	**型号**	**数量**	**备注**
1	2026.7.2	压力变送器	ZCD302KaKFJ1A1S1E1D3T1	1	量程：0.01pa~500pa，分辨率：0.01Pa，接口：G1/2（316L），输出：4-20mA+HART，供电：24VDC，
2	2026.7.2	压力变送器	ZCD302KaKFJ1A1S1E1D3T1	1	量程：0.01pa~500pa，分辨率：0.01Pa，接口：G1/2（316L），输出：4-20mA+HART，供电：24VDC，

检测报告

检测日期：2026.7.23				
检测人员：丁文冰				
检查项目/规范		**重要度**	**量检具**	**检查结果**
外观	标识内容：型号、商标、批号。要求字迹清晰、准确无误	△	目测	（√）合格　　（　）不合格
外观	1、表面整洁，不能有明显划痕、缺料、生锈等缺陷	△	目测	（√）合格　　（　）不合格
	3、密封面清洁，无划伤、毛刺等异常	△	目测	（√）合格　　（　）不合格
包装	传感器应有专用的包装箱。 包装盒内应有裹包、垫衬或填充防振保护 包装箱上应有标签并标明： a）名称、商标 b）产品的型号 c）检验日期	△	目测	（√）合格　　（　）不合格
绝缘	≧100兆欧	▲	实测	（√）合格　　（　）不合格
功能测试	零点输出：3.92mA～4.08mA 满电输出：19.98mA~20.02mA	▲	实测	（√）合格　　（　）不合格

上海中创汇仪传感技术有限公司 合同专用章