

表 1 ECMO 设备及耗材日常核查清单 (1)

核查日期	20__年__月__日		核查人	_____
核查类型	□ 日常备机核查 □ 上机前准备核查 □ 库存补充核查		ECMO 模式	□VA□VV□ ECPR
一、主机与核心设备				
序	设备名称	数量	核查要点	
1	ECMO 主机（含离心泵驱动）	1 台	开机自检通过，无故障码，声音正常	□
2	离心泵头	1 个	有效期____，外包装完好	□
3	手摇泵（紧急驱动手柄）	1 个	与主机型号匹配，转动灵活，置于主机旁固定位置	□
4	空氧混合器	1 台	连接测试正常，流量表工作	□
5	变温水箱	1 台	水位线正常（蒸馏水），开机预热功能正常	□
6	流量传感器/探头	1 个	与套包匹配，校准归零正常	□
7	压力传感器连接线	1-2 根	接头完好，归零正常	□
8	血氧饱和度监测仪（静脉端）	1 个	连接线在位，校准正常	□
9	ACT 监测仪	1 台	开机正常，测试管在有效期内	□
10	设备车/支架车	1 台	脚轮灵活，刹车有效，各层托架稳固	□
二、预充准备（耗材与液体）				
序	物品名称	规格/数	核查要点	
1	ECMO 套包（含氧合器+管路）	1 套	有效期____包装无破损、无潮湿；型号与主机匹配	□
2	预冲液（生理盐水）	6 袋×0.5L	有效期____	□
3	三升袋（预冲用储液袋）	1 个		□
4	肝素帽（无针接头）	2-4 个		□
5	三通开关	2-3 个		□
6	无菌手套（预冲操作）	10 副	尺码____	□
7	无菌管道钳	4 把	胶套完好，钳闭有力	□
8	无菌剪刀	1 把		□
9	扎带/扎带枪	6 根	扎带型号匹配管路直径	□
10	宽胶带（3M 布胶）	1 卷	核查要点	□
三、置管准备（穿刺/切开用物）				
	物品名称	规格/数量	核查要点	
1	ECMO 穿刺/切开套包	1 套	有效期____，型号与拟选管匹配	□
2	动脉插管(16F)及静脉插管(21F)	A____ F V____ F	有效期____，确认尺寸	□
3	远端灌注导管（VA 必需）	____ F（常用 5-8F）	不可遗漏	□
4	导管鞘（穿刺鞘）	4 个（7-8F）		□
5	导丝（J 头/超滑）	2-3 根		□
6	经皮肾穿刺扩张血管套装	1 套	逐级扩张用	□
7	无菌手术铺单（含手术衣）	1 套		□
8	静脉切开包	1 个	备用	□
9	中心静脉置管套包	1 个		□
10	换药碗、注射器（5/10/50ml）	4 个		□
11	10%利多卡因 / 0.9%NS 500ml	2 支和 2 袋	局部麻醉	□
12	带针缝线（丝线 2-0 / 3-0）	2 根		□
13	床旁超声仪及无菌探头保护套	1 台	开机正常，探头适用（线阵+相控阵）	□

依据：ELSO 中心建设推荐（2014）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ Red Book（第 5 版）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对