

表 5 ECMO 操作及质量评价表（2）

考核信息				
被考核者		岗位	□ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	□ VA □ VV □ ECPR	
考核老师		考核场景	□ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考	
评分说明				
等级	标准		单项扣分原则	
满分	操作规范、流畅、无遗漏		0 扣分	
合格	关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处		按标准扣分	
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处		需重新培训后复考	
一票否决项	以下之一判定不合格：□未排尽气体即连接患者 □管路连接方向错误 □无菌原则严重违反 □手摇泵不知位置 □钳闭/开放顺序错误			
二、管路预充与设备调试（30 分）				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	管路连接	10		
	按标识正确连接氧合器与预冲袋（入/出口勿接反）	3	连接错误 → 一票否决	
	安装氧合器前后三通、压力传感器，接口拧紧	2	一处连接不正确扣 1 分	
	氧合器妥善固定于泵槽，压力传感器调零	2	一项未做到扣 1 分	
	流量传感器安装于氧合器出口动脉端	2	安装位置错误扣 1 分	
	再次检查所有接口连接的紧密性	1	未检查扣 1 分	
2	管路排气（关键步骤）	12		
	夹闭管路夹，将生理盐水灌入预冲袋，平稳悬挂输液架上	2	操作不当扣 1 分	
	打开管路夹，先用重力自然排气至管路无大气泡	3	直接开机排气扣 2 分	
	低速启动血泵（≤1500 RPM），逐步提高转速，使管路和氧合器充分排气	4	转速过高导致大量微气泡扣 2 分	
	轻轻旋开氧合器三通排气口，使三通连接处充分排气	2	未操作扣 2 分	
	排完后最终检查：管路和氧合器内无任何肉眼可见气泡	1	有残留气泡扣 1 分；大量气泡→一票否决	
3	流量与传感器校准	4		
	泵转速归零，管道钳夹闭流量传感器前后的动脉管路，流量调零	2	未调零扣 2 分	
	松开管路钳，调高转速至 1500 RPM，确认流量显示正常	2	未确认扣 2 分	
4	变温水箱与气源	4		
	关闭水箱开关，检查水位→将水箱管路正确连接至氧合器→开机，检查无漏水	2	未查水位扣 1 分；连接错误扣 2 分	
	连接氧气（空氧混合器），初始设置：FiO□ 1.0、扫气 2 L/min	2	未连接扣 1 分；参数未设扣 1 分	
二	小计	30		

依据：ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象：ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核