

表 4 ECMO 操作及质量评价表（1）

考核信息				
被考核者	_____	岗位	□ 医师 □ 灌注师 □ ICU 护士	
考核日期	20__年__月__日	ECMO 模式	□ VA □ VV □ ECPR	
考核老师	_____	考核场景	□ 模拟演练 □ 真实患者 □ 首次考核 □ 复考	
评分说明				
等级	标准		单项扣分原则	
满分	操作规范、流畅、无遗漏		0 扣分	
合格	关键步骤无误，小瑕疵 ≤ 2 处		按标准扣分	
不合格	关键步骤错误或遗漏 > 3 处		需重新培训后复考	
一票否决项	以下之一判定不合格：□未排尽气体即连接患者 □管路连接方向错误 □无菌原则严重违反 □手摇泵不知位置 □钳闭/开放顺序错误			
一、操作前准备（20 分）				
序	考核项目	分值	扣分标准	得分
1	个人准备	5		
	着装整洁、洗手（七步洗手法）、戴口罩、帽子	3	一项不符合扣 1 分	
	确认手摇泵位置、管道钳 4 把在位	2	不知手摇泵位置扣 2 分	
2	患者评估	5		
	评估：年龄、体重、诊断、意识、状态、生命体征、循环/氧合状态	2	缺一项扣 0.5 分	
	评估：血管通路(超声初筛目标血管内径、排除血栓/斑块)、ECMO 禁忌症	2	缺一项扣 1 分	
	清醒患者做好沟通解释（或与家属沟通）	1	未做到扣 1 分	
3	物品准备与核查	7		
	ECMO 主机开机自检通过（无故障码）	1	未开机自检扣 1 分	
	ECMO 管路套包（查有效期、外包装完好）	1	未检查扣 1 分	
	预冲液（生理盐水 ≥ 1500 mL）、三升袋	1	缺一项扣 0.5 分	
	氧气源+空气源+电源（含 UPS）连接确认	1	未确认扣 1 分	
	变温水箱（水位线、开机预热）	1	未检查扣 1 分	
	无菌物品（手套、手术衣、三通、肝素帽、管道钳×4、剪刀、轧带）	1	缺一项扣 0.5 分	
	ACT 监测仪 + 血气分析仪（开机、试纸在位）	1	未准备扣 1 分	
4	环境准备	3		
	患者安置于单间或指定区域，环境清洁、宽敞、光线充足	1	不符合扣 1 分	
	ECMO 设备车位置合理（根据穿刺部位摆放，便于操作）	1	位置不当扣 1 分	
	无关人员清场	1	未做到扣 1 分	
一	小计	20		

依据：ELSO Specialist Training Manual（第 4 版+ELSO 中心建设推荐（2014）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：ECMO 管路预充 + 上机连接操作的质量考核与技能评估

适用对象：ECMO 团队成员（医师/灌注师/ICU 护士）培训与考核