



表 1 ECMO 设备及耗材日常检查清单 (1)

核查日期	20__年__月__日		核查人	_____	
核查类型	☐ 日常备机核查 ☐ 上机前准备核查 ☐ 库存补充核查		ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR	
一、主机与核心设备					
序	设备名称	数量	核查要点		
1	ECMO 主机 (含离心泵驱动)	1 台	开机自检通过, 无故障码, 声音正常		☐
2	离心泵头	1 个	有效期____, 外包装完好		☐
3	手摇泵 (紧急驱动手柄)	1 个	与主机型号匹配, 转动灵活, 置于主机旁固定位置		☐
4	空氧混合器	1 台	连接测试正常, 流量表工作		☐
5	变温水箱	1 台	水位线正常 (蒸馏水), 开机预热功能正常		☐
6	流量传感器/探头	1 个	与套包匹配, 校准归零正常		☐
7	压力传感器连接线	1-2 根	接头完好, 归零正常		☐
8	血氧饱和度监测仪 (静脉端)	1 个	连接线在位, 校准正常		☐
9	ACT 监测仪	1 台	开机正常, 测试管在有效期内		☐
10	设备车/支架车	1 台	脚轮灵活, 刹车有效, 各层托架稳固		☐
二、预充准备 (耗材与液体)					
序	物品名称	规格/数	核查要点		
1	ECMO 套包 (含氧合器+管路)	1 套	有效期____ 包装无破损、无潮湿; 型号与主机匹配		☐
2	预冲液 (生理盐水)	6 袋 ×0.5L	有效期____		☐
3	三升袋 (预冲用储液袋)	1 个			☐
4	肝素帽 (无针接头)	2-4 个			☐
5	三通开关	2-3 个			☐
6	无菌手套 (预冲操作)	10 副	尺码____		☐
7	无菌管道钳	4 把	胶套完好, 钳闭有力		☐
8	无菌剪刀	1 把			☐
9	扎带/扎带枪	6 根	扎带型号匹配管路直径		☐
10	宽胶带 (3M 布胶)	1 卷	核查要点		☐
三、置管准备 (穿刺/切开用物)					
	物品名称	规格/数量	核查要点		
1	ECMO 穿刺/切开套包	1 套	有效期____, 型号与拟选管匹配		☐
2	动脉插管(16F)及静脉插管(21F)	A____ F V____ F	有效期____, 确认尺寸		☐
3	远端灌注导管 (VA 必需)	____ F (常用 5-8F)	不可遗漏		☐
4	导管鞘 (穿刺鞘)	4 个 (7-8F)			☐
5	导丝 (J 头/超滑)	2-3 根			☐
6	经皮肾穿刺扩张血管套装	1 套	逐级扩张用		☐
7	无菌手术铺单 (含手术衣)	1 套			☐
8	静脉切开包	1 个	备用		☐
9	中心静脉置管套包	1 个			☐
10	换药碗、注射器 (5/10/50ml)	4 个			☐
11	10%利多卡因 / 0.9%NS 500ml	2 支和 2 袋	局部麻醉		☐
12	带针缝线 (丝线 2-0 / 3-0)	2 根			☐



13	床旁超声仪及无菌探头保护套	1 台	开机正常，探头适用（线阵+相控阵）	☐
----	---------------	-----	-------------------	--------------------------

依据：ELSO 中心建设推荐（2014）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ Red Book（第 5 版）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对