

表 38 ECMO 每日检查记录单 (E)

姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____岁	床	____床	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR ☐ VAV
上机时间	____月____日____时	已运行	____天____小时	班次	☐ 白班 ☐ 夜班
E 模块：安全核查（每班必做）					
检查项目				备注	☐
报警音量：所有报警可被听到，未被静音					☐
报警上下限：已根据患者当前状态设置				流量下限≥1.0L/min,转速按患者设定	☐
备用手摇泵/管道钳：在位且可取					☐
备用氧合器/管路套包：科室有备货					☐
血制品备货：红细胞/血浆/血小板					☐
应急预案知晓：当班人员知晓停电/泵故障/氧合器故障流程				当天至少各有 2U 可用	☐
ECMO 转运设备：手推车、监护仪、氧气瓶在位					☐
交接班完整：上一班异常项已交清					☐
本班异常记录与处理					
时间	异常描述	处理措施		处理者	
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
____:____					
交班重点（需下一个班次继续关注）					
事项		说明			
☐ 抗凝调整中					
☐ 流量/转速波动					
☐ 出血倾向（部位_____）					
☐ 神经状态变化				白班核查者签名：_____	
☐ 氧合器功能下降				时间：_____	
☐ 计划撤机评估				夜班核查者签名：_____	
☐ 其他_____				时间：_____	

依据：ELSO 指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）。

用途：每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施

本表单依据 2021-2024 年 ELSO 系列指南编写，建议每 2 年根据最新指南更新一次。