

表 2 ECMO 设备及耗材日常核查清单 (2)

| 核查日期                   | 20__年__月__日                                                                                      |            | 核查人           | _____                                                                                 |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 核查类型                   | <input type="checkbox"/> 日常备机核查 <input type="checkbox"/> 上机前准备核查 <input type="checkbox"/> 库存补充核查 |            | ECMO 模式       | <input type="checkbox"/> VA <input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> ECPR |  |
| 四、上机连接与运行（置管后→转流）      |                                                                                                  |            |               |                                                                                       |  |
| 序                      | 物品名称                                                                                             | 数量         | 核查要点          |                                                                                       |  |
| 1                      | 无菌管道剪                                                                                            | 1 把        | 无菌包装完好        | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 2                      | 无菌生理盐水（连接时滴注用）                                                                                   | 2 瓶（500mL） |               | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 3                      | 氧气接头 + 空气接头                                                                                      | 各 1 个      | 墙式接口匹配        | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 4                      | 氧源管 / 空气管                                                                                        | 各 1 根      |               | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 5                      | 电源接线板（含 UPS 接口）                                                                                  | 1 个        | UPS 必须已连接     | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 6                      | 捆绑扎带                                                                                             | 6 根        | 加固所有接头        | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 7                      | 大敷贴（透明贴膜）                                                                                        | 2-3 张      | 穿刺点覆盖         | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 8                      | 胶体溶液（白蛋白 / 羟乙基淀粉）                                                                                | 2 瓶        | 上机后容量补充（按需）   | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 五、ECPR 专项准备（心跳骤停→紧急上机） |                                                                                                  |            |               |                                                                                       |  |
| 序                      | 物品名称                                                                                             | 数量         | 核查要点          |                                                                                       |  |
| 1                      | CPR 按压泵（如 Lucas）                                                                                 | 1 台        | 电量充足，背板在位     | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 2                      | 除颤仪                                                                                              | 1 台        | 开机正常，电极贴片在位   | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 3                      | 动脉切开包                                                                                            | 1 个        |               | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 4                      | 抢救用血管活性药套装                                                                                       | 1 套        | 见下方"药品"部分     | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 5                      | 预冲好的 ECMO 环路                                                                                     | 1 套        | 推荐预冲备机，缩短启动时间 | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 6                      | 急救气道设备（喉镜/气管插管）                                                                                  | 1 套        |               | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 7                      | 血气分析仪（床旁）                                                                                        | 1 台        | 开机，测试卡在位      | <input type="checkbox"/>                                                              |  |
| 六、运行期间日常消耗品（每班补充）      |                                                                                                  |            |               |                                                                                       |  |
| 序                      | 物品名称                                                                                             | 建议备量       | 今日消耗          | 需补充                                                                                   |  |
| 1                      | 生理盐水 500mL                                                                                       | ≥6 袋       |               |                                                                                       |  |
| 2                      | 无菌手套                                                                                             | ≥10 副      |               |                                                                                       |  |
| 3                      | 无菌纱布                                                                                             | ≥10 块      |               |                                                                                       |  |
| 4                      | 注射器（50mL / 10mL / 5mL）                                                                           | 各≥5 个      |               |                                                                                       |  |
| 5                      | 透明贴膜（10×12cm）                                                                                    | ≥5 张       |               |                                                                                       |  |
| 6                      | 肝素帽                                                                                              | ≥4 个       |               |                                                                                       |  |
| 7                      | 三通开关                                                                                             | ≥4 个       |               |                                                                                       |  |
| 8                      | ACT 测试管                                                                                          | ≥10 支      |               |                                                                                       |  |
| 9                      | 血气针/血气片                                                                                          | ≥10 支      |               |                                                                                       |  |
| 10                     | 采血管（凝血/血常规/生化）                                                                                   | 各≥3 管      |               |                                                                                       |  |
| 11                     | 无菌管道钳                                                                                            | 4 把（固定）    |               |                                                                                       |  |
| 12                     | 宽胶带                                                                                              | ≥2 卷       |               |                                                                                       |  |
| 13                     | 消毒液（氯己定/碘伏）                                                                                      | ≥1 瓶       |               |                                                                                       |  |
| 14                     | 输液器/延长管                                                                                          | 各≥5 根      |               |                                                                                       |  |

依据：ELSO 中心建设推荐（2014）+ ELSO Specialist Training Manual（第 4 版）+ Red Book（第 5 版）+ EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对

本表单依据 ELSO 中心建设推荐标准编写，新开展中心建议在此基础上根据本院设备型号微调。