



表 3 ECMO 设备及耗材日常核查清单 (3)

核查日期	20__年__月__日			核查人	_____
核查类型	☐ 日常备机核查 ☐ 上机前准备核查 ☐ 库存补充核查			ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR
七、ECMO 相关药品储备 (按需, 统配)					
序	药品类别	代表药物	最小备量		
1	抗凝	普通肝素钠 (12500U/支)	10 支	☐	
2	抗凝替代	阿加曲班	2 支	☐	
3	抗凝逆转	鱼精蛋白	5 支	☐	
4	血管收缩	去甲肾上腺素	10 支	☐	
5	血管收缩	肾上腺素	10 支	☐	
6	正性肌力	多巴酚丁胺	5 支	☐	
7	正性肌力	米力农	5 支	☐	
8	血管舒张	硝酸甘油 / 硝普钠	各 2 支	☐	
9	镇静	右美托咪定 / 咪达唑仑	各 5 支	☐	
10	镇痛	瑞芬太尼 / 舒芬太尼	各 5 支	☐	
11	肌松	罗库溴铵 / 顺阿曲库铵	各 2 支	☐	
12	止血	氨甲环酸 / 凝血酶原复合物	各 2 支	☐	
13	抗心律失常	胺碘酮 / 利多卡因	各 3 支	☐	
14	其他	SB、葡萄糖酸钙、胰岛素	各 3 支	☐	
八、应急备用清单 (每班确认)					
序	应急物品	位置	状态		
1	备用氧合器 (同型号)	_____	有效期_____	☐	
2	备用离心泵头	_____	有效期_____	☐	
3	备用 ECMO 管路套包	_____	有效期_____	☐	
4	氧气瓶(转运/停电备用)	_____	压力_____ MPa	☐	
5	转运监护仪	_____	电量_____ %	☐	
6	转运呼吸机	_____	电量_____ %	☐	
7	便携式吸引器	_____		☐	
8	应急照明 (手电筒)	_____	状态		
九、库存异常记录					
序	时间	缺失物品	紧急程度	补充状态	记录人
1	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
2	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
3	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
4	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
5	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
6	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
7	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		
8	__:__		☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		

依据：ELSO 中心建设推荐 (2014) + ELSO Specialist Training Manual (第 4 版) + Red Book (第 5 版) + EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南 (2024)

用途：上机前逐项核对，每班/每日补充消耗品；也用于日常库存盘点

建议频率：备机状态每日核查 + 上机前全项核对

本表单依据 ELSO 中心建设推荐标准编写，新开展中心建议在此基础上根据本院设备型号微调。