


**Dit is een test**

**bla**

Hans Van Calster 

2025-05-08

DOI: 10.5072/zenodo.215318

# Contents

<b>Metadata</b>	<b>4</b>
<b>1 Wijzigingen t.o.v. vorige versies</b>	<b>5</b>
1.1 2025.08 . . . . .	5
1.2 2025.07 . . . . .	5
<b>2 Afhankelijkheden</b>	<b>6</b>
<b>3 Onderwerp</b>	<b>7</b>
3.1 Toepassingsgebied . . . . .	7
3.2 Werkgebied . . . . .	7
3.3 Methode karakteristieken . . . . .	7
3.4 Beperkingen tot de matrix . . . . .	7
3.5 Definities en afkortingen . . . . .	7
<b>4 Principe</b>	<b>8</b>
<b>5 Benodigdheden</b>	<b>9</b>
5.1 Apparatuur . . . . .	9
5.2 Materiaal . . . . .	9
<b>6 Reagentia en oplossingen</b>	<b>10</b>
6.1 Reagentia . . . . .	10
6.2 Oplossingen . . . . .	10
<b>7 Werkwijze</b>	<b>11</b>
7.1 Monstervoorbehandeling . . . . .	11
7.2 Uitvoering . . . . .	11
7.3 Resultaat . . . . .	11
<b>8 Kalibratie</b>	<b>13</b>
8.1 Standaardmateriaal . . . . .	13
8.2 Meting standaarden . . . . .	13
8.3 Corrigerende maatregelen . . . . .	13
<b>9 Kwaliteitsborging</b>	<b>14</b>
9.1 Referentiemateriaal . . . . .	14

9.2	Meting referenties . . . . .	14
9.3	Corrigerende maatregelen . . . . .	14
<b>10</b>	<b>Methoderecept en organogram</b>	<b>15</b>
10.1	Methoderecept . . . . .	15
10.2	Organogram . . . . .	15
<b>11</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>16</b>
<b>12</b>	<b>Rapportage en archivering</b>	<b>17</b>
	<b>Referenties</b>	<b>18</b>

# Metadata

reviewers	documentbeheerder	protocolcode	versienummer	taal
Els Lommelen	Thierry Onkelinx	sap-012-nl	2025.08	nl

Controleer deze tabel om te zien of een meer recente versie beschikbaar is.

# **1 Wijzigingen t.o.v. vorige versies**

## **1.1 2025.08**

- ...

## **1.2 2025.07**

- ...

## 2 Afhankelijkheden

Protocolcode	Versienummer	params	Opgenomen als subprotocol
NA	NA	NA	NA

## **3 Onderwerp**

### **3.1 Toepassingsgebied**

### **3.2 Werkgebied**

### **3.3 Methode karakteristieken**

De prestatiekenmerken zijn terug te vinden in document “Prestatiekenmerken” en worden bepaald volgens de procedure “Implementatie Kwantitatieve Methoden”.

### **3.4 Beperkingen tot de matrix**

### **3.5 Definities en afkortingen**

## 4 Principe



## **5 Benodigdheden**

### **5.1 Apparatuur**

### **5.2 Materiaal**

## 6 Reagentia en oplossingen

**Gedemineraliseerd water:** elektrische geleidbaarheid kleiner dan  $2\ \mu S/cm$  bij  $25\ ^\circ C$ .

**Ultra puur water:** elektrische geleidbaarheid kleiner dan  $0,1\ \mu S/cm$ , equivalent met een weerstand groter dan  $0,01\ M\Omega\ m$  bij  $25\ ^\circ C$ . Het wordt aangeraden water te gebruiken van een waterzuiveringssysteem dat ultra puur water levert met een weerstand groter dan  $0,18\ M\Omega\ m$  (doorgaans uitgedrukt als  $18,2\ M\Omega\ cm$ ).

### 6.1 Reagentia

- Naam reagentia (molecuulformule), zuiverheid (code)

### 6.2 Oplossingen

De bereidingswijze van zelfbereide oplossingen (ZBV) is terug te vinden in het receptenboek. Volgende oplossingen zijn van toepassing.

- Naam oplossing, concentratie (code)

# 7 Werkwijze

Stappenplan

## 7.1 Monstervoorbehandeling

Meer informatie over de voorbehandeling (drogen, verfijnen, homogeniseren en bewaren) is terug te vinden in de procedures over monstervoorbehandeling.

## 7.2 Uitvoering

### 7.2.1 Opstarten van het toestel

### 7.2.2 Operationeel maken van het toestel

### 7.2.3 Batch aanmaken in LIMS en analysefile exporteren

### 7.2.4 Methode

### 7.2.5 Meting

### 7.2.6 Afleggen van het toestel

## 7.3 Resultaat

### 7.3.1 Berekening van het resultaat

### 7.3.2 Exporteren van de resultaten uit het toestel

### 7.3.3 Importeren en goedkeuren van resultaten in LIMS

Kopieer de file met de resultaten vanuit het mapje van de batch naar de `scheduler` onder `_SCHEDULER\...` Nadat de resultaten ingelezen zijn, moeten ze beoordeeld en

goedgekeurd worden. Hoe de resultaten geïmporteerd en goedgekeurd moeten worden in LIMS staat beschreven in de procedure over het gebruik van LIMS.

#### **7.3.4 Uitdrukking van het resultaat**

#### **7.3.5 Rapportering in LIMS**

## **8 Kalibratie**

### **8.1 Standaardmateriaal**

### **8.2 Meting standaarden**

#### **8.2.1 Frequentie**

#### **8.2.2 Criteria**

Indien de kalibratie niet aan de kwaliteitscriteria voldoet, dan worden corrigerende maatregelen genomen.

### **8.3 Corrigerende maatregelen**

Specifieke corrigerende maatregelen zijn:

## **9 Kwaliteitsborging**

### **9.1 Referentiemateriaal**

#### **9.1.1 (Procedure)blanco**

#### **9.1.2 Referentie**

### **9.2 Meting referenties**

#### **9.2.1 Frequenties**

#### **9.2.2 Criteria**

De meetwaarde van de referentie moet gelegen zijn tussen de 2S-grenzen zoals gespecificeerd in het document “Grenswaarden controlekaarten”. Deze 2S-grenzen zijn de waarden uit de controlekaart van het jaar X-1. Indien de meetwaarde hieraan niet voldoet, moet de controlekaart geraadpleegd worden om de resultaten al dan niet te aanvaarden.

### **9.3 Corrigerende maatregelen**

Indien niet aan de kwaliteitscriteria voldaan wordt, dan worden corrigerende maatregelen genomen. Specifieke corrigerende maatregelen zijn:

# **10 Methoderecept en organogram**

## **10.1 Methoderecept**

## **10.2 Organogram**

# 11 Veiligheid

De metingen worden uitgevoerd in het laboratorium; de veiligheidsvoorschriften opgesteld door het laboratorium dienen gevolgd te worden. De veiligheidsfiches zijn digitaal terug te vinden en zijn alfabetisch gesorteerd op Nederlandstalige naam. De veiligheidsvoorschriften zijn opgesteld om blootstelling aan of contact met gevaarlijke producten tot een minimum te herleiden. Meer info hierover is terug te vinden in de procedure van veiligheid.

Bij het uitvoeren van de procedure zijn volgende PBM's en CBM's van toepassing:

- PBM:
  - Draag werkkledij: labo jas - laboschoenen
  - Draag handbescherming: **nitrilrubber** handschoenen of thermische handschoenen
  - Draag oogbescherming: veiligheidsbril
  - Draag gelaatsbescherming: masker type FFP1 of FFP2 of FFP3 of halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker
- CBM:
  - Werk in een trekkast of Gebruik een puntafzuiging



## 12 Rapportage en archivering

De resultaten van de kalibratie, de stalen en het referentiemateriaal worden ingegeven in LIMS, in de batch van de methode.

## Referenties