

AZƏRBAYCAN METROLOGIYA İNSTITUTU
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS

"Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity

KALİBRLENMƏ SERTİFİKATI
CALIBRATION CERTIFICATE

RNə 003187

KS № 005401

Sertifikatın nömrəsi
Certificate number

004924

Kalibrənmə tarixi
Date of calibration

04.03.2025

Səhifə 1, **cəmi səhifələr** 2
Page total of page

Kalibrənmə obyekt
Item calibrated

Çəki daşları dəsti E2, №3820919

Etalonun adı / ölçmə vasitələri / identifikasiya

Description of measurement standard / measuring instrument / identification

Ölçmə həddi 1 mq-500 q

Sifarişçi
Customer

"MKT İSTEHSALAT KOMMERSIYA" MMC

Sifarişçi haqqında məlumat, ünvan
Name of the customer, address

Bakı şəh., H.Əliyev prospekti 95a, QBM

Kalibrənmə metodu
Method of calibration

Kütlə dövlət etalonunda ölçmələrin aparılması üsulu.

Metodun adı / identifikasiya

Name of the method / identification

03-AZMİ 04 L-002

Bütün ölçmələr "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin milli etalonları ilə reallaşdırılan Beynəlxalq Sistemin (SI) uyğun vahidləri ilə izlənilir. Bu sertifikat yalnız tam şəkildə tərtib olunmalıdır. Sertifikatın məzmununun tam və ya qismən dərc olunması yalnız onu verən "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin yazılı icazəsi ilə mümkündür.


All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of "Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing "Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity.



Kalibrənməni aparan şəxs
Calibration person

Şəhla Səxavət qızı Hacıbəyova

Soyadı, adı, atasının adı
Surname, name, patronymic



Etalon mərkəzinin müdiri
Head of standard center

Şəhla Ziyəddin qızı Musayeva

Soyadı, adı, atasının adı
Surname, name, patronymic



Verilmə tarixi:
Date of issue

04.03.2025.

AZS ISO 45001:2021

AZS ISO 14001:2021

AZS ISO 9001:2020



Kalibrənmənin nəticələri (qeyri-müəyyənlik daxil olmaqla)

Calibration results including uncertainty

No	Çəki daşlarının kütləsinin nominal qiyməti Nominal value	İşarəsi Marking	Çəki daşlarının Konvensional kütləsi Conventional mass	Qeyri-müəyyənlik (mq) (k=2; P=95%) Uncertainty	E2 d.s üçün yolverilən maksimum kənaraçıxma(±) OIML R111-1, (mq) MPE for class E2, OIML R 111-1
1	1 mq		1 mq + 0,0028 mq	0,003 mq	0,006 mq
2	2 mq		2 mq + 0,0006 mq	0,003 mq	0,006 mq
3	2 mq	*	2* mq + 0,0019 mq	0,003 mq	0,006 mq
4	5 mq		5 mq + 0,0028 mq	0,003 mq	0,006 mq
5	10 mq		10 mq + 0,0029 mq	0,003 mq	0,008 mq
6	20 mq		20 mq + 0,0034 mq	0,003 mq	0,010 mq
7	20 mq	*	20* mq + 0,0037 mq	0,003 mq	0,010 mq
8	50 mq		50 mq + 0,0031 mq	0,004 mq	0,012 mq
9	100 mq		100 mq + 0,0050 mq	0,005 mq	0,016 mq
10	200 mq		200 mq + 0,0082 mq	0,006 mq	0,020 mq
11	200 mq	*	200* mq + 0,0081 mq	0,006 mq	0,020 mq
12	500 mq		500 mq + 0,0063 mq	0,008 mq	0,025 mq
13	1 q	FHP	1 q + 0,0209 mq	0,010 mq	0,03 mq
14	2 q	FZ5	2 q + 0,0262 mq	0,012 mq	0,04 mq
15	2 q	FZE	2* q + 0,0227 mq	0,012 mq	0,04 mq
16	5 q	57G	5 q + 0,0538 mq	0,016 mq	0,05 mq
17	10 q	EY5	10 q + 0,008 mq	0,020 mq	0,06 mq
18	20 q	GE1	20 q + 0,012 mq	0,025 mq	0,08 mq
19	20 q	GE4	20* q + 0,028 mq	0,025 mq	0,08 mq
20	50 q	EQN	50 q + 0,048 mq	0,03 mq	0,10 mq
21	100 q	G3W	100 q - 0,019 mq	0,05 mq	0,16 mq
22	200 q	1MU	200 q + 0,04 mq	0,10 mq	0,3 mq
23	200 q	1MY	200* q + 0,08 mq	0,10 mq	0,3 mq
24	500 q	C1D	500 q + 0,11 mq	0,25 mq	0,8 mq

Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlik, cəmləndirilmiş standart qeyri-müəyyənliyin əhatə etmə əmsalına $k=2$ vurulması ilə alınır. Burada, $k=2$ ehtimal edilən normal paylanma zamanı təqribən 95 %-ə bərabər olan inandırma səviyyəsinə uyğundur. Qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi Rəhbəredici sənəd ISO/IEC 98-3:2008 "Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyi -3-cü hissə: Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin ifadə olunması üzrə Rəhbəredici sənəd (GUM:1995)" əsasında aparılıb.

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor $k = 2$ corresponding to a confidence interval of approximately 95 % assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Uncertainty of measurement -Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)".

Sertifikatın nömrəsi **AZ №004924**

Certificate number

Kalibrənmə tarixi **04.03.2025**

Date of calibration

Səhifə **3**, cəmi səhifələr **3**

Page

of

Kalibrənmə aparılıb **Dövlət İlkin Kütlə Kəmiyyət vahidinin Etalonu, E₁d.s çəki daşları dəsti № 11117616,**

Calibration is performed by using

Etalonların adı və statusu / identifikasiya / izlənmənin təsdiqi

Description of the reference measurement standards / identification / evidence of traceability

Mettler Toledo, İsveçrə, ölçmə həddi 1 mg-5 kg, kalibrənmə sertifikatı № UME G2KU-0018, tarix 12.03.2024

XP6U, XP56, AX 206, AX1005 kütlə komparatorları vasitəsi ilə

Kalibrənmə şəraiti

Calibration conditions

Temperatur (18,2 - 18,5) ° C, rütubət (40,0 - 45,8) % ,təzyiq (1021,6 -1030,8) mbar

Ötraf mühit şəraiti və digər təsiredici amillər

Environmental conditions and other influence parameters

Əlavə məlumat

Additional information

OIML R-111-1 in tələblərinə əsasən dəstdəki çəki daşları E₂ dəqiqlik sinfinə uyğundur.

Kalibrənmə obyektinin vəziyyəti / kalibrənmə obyektinin kalibrənməyə qədər dövrdə tənzimlənməsi və təmiri/
Condition of the item of calibration / adjustments or repair of the item calibration before calibrated/

təvsiyə olunan təkrar kalibrənmə dövrü
recommended recalibration period