

AZƏRBAYCAN METROLOGIYA İNSTİTUTU
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS

“Azerbaijan Metrology Institute” public legal entity

KALİBRLENMƏ SERTİFİKATI
CALIBRATION CERTIFICATE

RNə 003188

KS № 005402

Sertifikatın nömrəsi 004925 **Kalibrənmə tarixi** 04.03.2025 **Səhifə** 1, **cəmi səhifələr** 2
Certificate number Date of calibration Page total of page

Kalibrənmə obyekt Çəki daşları dəsti F1, №4180919
Item calibrated Etalonun adı / ölçmə vasitələri / identifikasiya
Description of measurement standard / measuring instrument / identification

Ölçmə həddi 1 q- 10 kq

Sifarişçi “MKT İSTEHSALAT KOMMERSIYA” MMC
Customer Sifarişçi haqqında məlumat, ünvan
Name of the customer, address
Bakı şəh., H.Əliyev prospekti 95a, QBM

Kalibrənmə metodu Kütlə dövlət etalonunda ölçmələrin aparılması üsulu.
Method of calibration Metodun adı / identifikasiya
Name of the method / identification

03-AzMi 04 L-002

Bütün ölçmələr “Azərbaycan Metrologiya İnstitutu” publik hüquqi şəxsin milli etalonları ilə reallaşdırılan Beynəlxalq Sistemin (SI) uyğun vahidləri ilə izlənilir. Bu sertifikat yalnız tam şəkildə tərtib olunmalıdır. Sertifikatın məzmununun tam və ya qismən dərc olunması yalnız onu verən “Azərbaycan Metrologiya İnstitutu” publik hüquqi şəxsin yazılı icazəsi ilə mümkündür.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of “Azerbaijan Metrology Institute” public legal entity. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing “Azerbaijan Metrology Institute” public legal entity.

Kalibrənməni aparan şəxs
Calibration person

Şəhla Səxavət qızı Hacıbəyova

Soyadı, adı, atasının adı
Surname, name, patronymic

Etalon mərkəzinin müdiri
Head of standard center

Şəhla Ziyəddin qızı Musayeva

Soyadı, adı, atasının adı
Surname, name, patronymic

Verilmə tarixi: 04.03.2025.
Date of issue

AZS ISO 45001:2021

AZS ISO 14001:2021

AZS ISO 9001:2020

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
AZ 1029, Elçin İsaqzadə qəs., 7-ci köndələn küç.

Tel: (+99412) 514 96 05; Faks: (+99412) 514 94 36
E-poçt: info@metrology.gov.az

7th Kondalan str. Elchin Isaqzadeh settl.,
Baku, AZ1029, Republic of Azerbaijan

Dövlət İkinci Kütlə Kəmiyyət vahidinin Etalonu, E2 d.s. çəki daşı dəsti № 11117627, Mettler Toledo, sertifikat AZN№ 003653, tarix 14.06.2024. Ölçmə həddi 1 mg - 5 kg

Kalibrənmə aparılıb

Calibration is performed by using

Etalonların adı və statusu / identifikasiya / izlənmənin təsdiqi
Description of the reference measurement standards / identification / evidence of traceability

E2 d.s çəki daşı № 158511, Mettler Toledo, sertifikat AZN№ 003654, tarix 14.06.2024.
Ölçmə həddi 10 kq

XP6U, XP56, AX206, AX1005, AX 12004, XP26003L kütlə komparatorları vasitəsi ilə

Kalibrənmə şəraiti

Calibration conditions

Temperatur (18.5 - 18.9) ° C, rütubət (44.9 - 46.0) % ,təzyiq (1021.6 - 1024.5) mbar

Ətraf mühit şəraiti və digər təsiredici amillər
Environmental conditions and other influenc

Kalibrənmənin nəticələri (qeyri-müəyyənlik daxil olmaqla)

Calibration results including uncertainty

No	Çəki daşlarının kütləsinin nominal qiyməti Nominal value	İşarəsi Marking	Çəki daşlarının konvensional kütləsi Conventional mass	Qeyri-müəyyənlik (k=2; P=95%) Uncertainty	F1 d.s üçün yolverilən maksimum kənaraçıxma(±) OIML R111-1, MPE for class F1, OIML R 111-1
1	1 q	CP6	1 q + 0.0465 mg	0.03 mg	0.10 mg
2	2 q	H65	2 q + 0.0446 mg	0.04 mg	0.12 mg
3	2 q	H5U	2 q + 0.0561 mg	0.04 mg	0.12 mg
4	5 q	BWK	5 q - 0.0550 mg	0.05 mg	0.16 mg
5	10 q	CF2	10 q + 0.041 mg	0.06 mg	0.20 mg
6	20 q	D18	20 q + 0.105 mg	0.08 mg	0.25 mg
7	20 q	D1H	20 q + 0.050 mg	0.08 mg	0.25 mg
8	50 q	CQH	50 q + 0.087 mg	0.10 mg	0.3 mg
9	100 q	CX1	100 q + 0.009 mg	0.16 mg	0.5 mg
10	200 q	E82	200 q + 0.23 mg	0.3 mg	1.0 mg
11	200 q	E8X	200 q + 0.24 mg	0.3 mg	1.0 mg
12	500 q	C38	500 q + 0.42 mg	0.8 mg	2.5 mg
13	1 kq	CL8	1 kq + 1.71 mg	1.6 mg	5.0 mg
14	2 kq	DA8	2 kq + 2.5 mg	3.0 mg	10 mg
15	2 kq	D9X	2 kq + 2.3 mg	3.0 mg	10 mg
16	5 kq	BB1	5 kq + 6.4 mg	8.0 mg	25 mg
17	10 kq	BBS	10 kq + 12.2 mg	16 mg	50 mg

Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlik, cəmləşdirilmiş standart qeyri-müəyyənliyin əhatə etmə əmsalına k=2 vurulması ilə alınır, Burada, k=2 ehtimal edilən normal paylanma zamanı təqribən 95 %-ə bərabər olan inandırma səviyyəsinə uyğundur. Qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi Rəhbəredici sənəd ISO/IEC 98-3:2008 "Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyi-3-cü hissə: Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin ifadə olunması üzrə Rəhbəredici sənəd (GUM:1995)" əsasında aparılıb,

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor k=2 corresponding to a confidence interval of approximately 95 % assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Uncertainty of measurement -Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)".

Əlavə məlumat

Additional information

OIML R-111-1 in tələblərinə əsasən dəstdəki çəki daşları F1 dəqiqlik sinfinə uyğundur.

Kalibrənmə obyektinin vəziyyəti / kalibrənmə obyektinin kalibrənməyə qədər dövrdə tənzimlənməsi və təmiri/
Condition of the item of calibration / adjustments or repair of the item calibration before calibrated/

təvsiyə olunan təkrar kalibrənmə dövrü
recommended recalibration period