

**AZƏRBAYCAN METROLOGIYA İNSTİTUTU**  
**PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS**

"Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity

**KALİBRLENMƏ SERTİFİKATI**  
**CALIBRATION CERTIFICATE**

RNə 003189

KS № 005403

Sertifikatın nömrəsi 004926 Kalibrənmə tarixi 04.03.2025 Səhifə 1, cəmi səhifələr 2  
Certificate number Date of calibration Page total of page

Kalibrənmə obyekti Çəki daşı F1, №4480919  
Item calibrated Etalonun adı / ölçmə vasitələri / identifikasiya  
Description of measurement standard / measuring instrument / identification

Ölçmə həddi 10 kq

Sifarişçi "MKT İSTEHSALAT KOMMERİYA" MMC  
Customer Sifarişçi haqqında məlumat, ünvan  
Name of the customer, address  
Bakı şəh., H.Əliyev prospekti 95a, QBM

Kalibrənmə metodu Kütlə dövlət etalonunda ölçmələrin aparılması üsulu.  
Method of calibration Metodun adı / identifikasiya  
Name of the method / identification

03-AzMI 04 L-002

Bütün ölçmələr "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin milli etalonları ilə reallaşdırılır. Beynəlxalq Sistemin (SI) uyğun vahidləri ilə izlənilir. Bu sertifikat yalnız tam şəkildə tərtib olunmalıdır. Sertifikatın məzmununun tam və ya qismən dərc olunması yalnız onu verən "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin yazılı icazəsi ilə mümkündür.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of "Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing "Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity.

Kalibrənməni aparan şəxs  
Calibration person

Şəhla Səxavət qızı Hacıbəyova

Soyadı, adı, atasının adı  
Surname, name, patronymic

Etalon mərkəzinin müdiri  
Head of standard center

Şəhla Ziyəddin qızı Musayeva

Soyadı, adı, atasının adı  
Surname, name, patronymic

Verilmə tarixi: 04.03.2025.  
Date of issue

AZS ISO 45001:2021

AZS ISO 14001:2021

AZS ISO 9001:2020



Kalibrlənmə aparılıb

Calibration is performed by using

Dövlət İkinci Kütlə Kəmiyyət vahidinin Etalonu, E<sub>2</sub> d.s çəki daşı,

Etalonların adı və statusu / identifikasiya / izlənmənin təsdiqi

Description of the reference measurement standards / identification / evidence of traceability

№ 158511, sertifikat № 003654, tarix 14.06.2024. Ölçmə həddi 10 kq.

XP26003L kütlə komparatoru vasitəsi ilə

Kalibrlənmə şəraiti

Calibration condition

Temperatur 18.5 °C; nisbi rütubət 45.5 %; təzyiq (1021.6 - 1021.7) mbar

Ətraf mühit şəraiti və digər təsiredici amillər

Environmental condition and other influential factors

Kalibrlənmənin nəticələri (qeyri-müəyyənlik daxil olmaqla)

Calibration results including uncertainty

| No | Çəki daşlarının kütləsinin nominal qiyməti<br><i>Nominal value</i> | İşarəsi<br>Marking | Çəki daşlarının konvensional kütləsi<br><i>Conventional mass</i> | Qeyri-müəyyənlik<br>(k=2; P=95%)<br><i>Uncertainty</i> | F <sub>1</sub> d.s üçün yolverilən maksimum kənaraçıxma(±)<br>OIML R-111-1,<br><i>MPE (±) for class F<sub>1</sub>, OIML R- 111-1</i> |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 10 kq                                                              | BBT                | 10 kq + 17,2 mq                                                  | 16 mq                                                  | 50 mq                                                                                                                                |

Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlik, cəmləşdirilmiş standart qeyri-müəyyənliyin əhatə etmə əmsalına k=2 vurulması ilə alınır, Burada, k=2 ehtimal edilən normal paylanma zamanı təqribən 95 %-ə bərabər olan inandırma səviyyəsinə uyğundur, Qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi Rəhbəredici sənəd ISO/IEC 98-3:2008 "Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyi-3-cü hissə: Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin ifadə olunması üzrə Rəhbəredici sənəd (GUM:1995)" əsasında aparılıb,

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor k=2 corresponding to a confidence interval of approximately 95 % assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Uncertainty of measurement -Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)",

Əlavə məlumat

Additional information

OIML R 111-1 in tələblərinə əsasən çəki daşı F<sub>1</sub> dəqiqlik sinfinə uyğundur.

Kalibrlənmə obyektinin vəziyyəti / kalibrləmə obyektinin kalibrlənməyə qədər dövrdə tənzimlənməsi və təmiri/

Condition of the item of calibration / adjustments or repair of the item calibration before calibrated/