

AZƏRBAYCAN METROLOGIYA İNSTITUTU
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
"Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity

KALİBRLENMƏ SERTİFİKATI
CALIBRATION CERTIFICATE

RN № 005716

KS № 005512

Sertifikatın nömrəsi AZ №004999 Kalibrənmə tarixi 14.03.2025 Səhifə 1, cəmi səhifələr 2
Certificate number Date of calibration Page total of page

Kalibrənmə obyektı F1 d.s Çəki daşı, №4260919, HAFNER, Almaniya
Item calibrated Etalonun adı / ölçmə vasitələri / identifikasiya
Description of measurement standard / measuring instrument / identification

Ölçmə həddi 20 kq

Sifarişçi "MKT İSTEHSALAT KOMMERSİYA" MMC
Customer Sifarişçi haqqında məlumat, ünvan
Name of the customer, address
Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 95, QBM

Kalibrənmə metodu Kütlə dövlət etalonunda ölçmələrin aparılması üsulu.
Method of calibration Metodun adı / identifikasiya
Name of the method / identification

03- AzMI 04 L-002

Bütün ölçmələr "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin milli etalonları ilə reallaşdırılan Beynəlxalq Sistem (SI) uyğun vahidləri ilə izlənir. Bu sertifikat yalnız tam şəkildə tərtib olunmalıdır. Sertifikatın məzmununun tam və ya qismən dərc olunması yalnız onu verən "Azərbaycan Metrologiya İnstitutu" publik hüquqi şəxsin yazılı icazəsi ilə mümkündür.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of "Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity. This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing "Azerbaijan Metrology Institute" public legal entity.

Kalibrənməni aparan şəxs
Calibration person

Etalon mərkəzinin müdiri
Head of standard center

İsmaylova Şəhla Namiq qızı

Musayeva Şəhla Ziyəddin qızı

Soyadı, adı, atasının adı
Surname, name, patronymic

Soyadı, adı, atasının adı
Surname, name, patronymic

Verilmə tarixi 17.03.2025
Date of issue

AZS ISO 45001:2021

AZS ISO 14001:2021

AZS ISO 9001:2020

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
AZ 1029, Elçin İsaqzadə qəs., 7-ci köndələn küç.

Tel: (+99412) 514 96 05; Faks: (+99412) 514 94 36
E-poçt: info@metrology.gov.az

7th Kondalan str, Elchin Isagzadeh settl.,
Baku, AZ1029, Republic of Azerbaijan



Kalibrənmə aparılıb **Dövlət ikinci Kütlə kəmiyyət vahidinin Etalonu E₂ d.s çəki daşı, № 158521**

Calibration is performed by using Etalonların adı və statusu / identifikasiya / izlənmənin təsdiqi
Description of the reference measurement standards / identification / evidence of traceability

İsveçrə, Mettler Toledo, sertifikat № 004922, tarix 03.03.2025. Ölçmə həddi 20 kq.

XP26003L kütlə komparatoru vasitəsi ilə

Kalibrənmə şəraiti **Temperatur 19.5 °C; nisbi rütubət 51.6 %; təzyiq 1020.8 mbar**

Calibration condition Ətraf mühit şəraiti və digər təsiredici amillər
Environmental condition and other influential factors

Kalibrənmənin nəticələri (qeyri-müəyyənlik daxil olmaqla)

Calibration results including uncertainty

No	Çəki daşlarının kütləsinin nominal qiyməti <i>Nominal value</i>	İşarəsi <i>Marking</i>	Çəki daşlarının konvensional kütləsi <i>Conventional mass</i>	Qeyri-müəyyənlik (k=2; P=95%) <i>Uncertainty</i>	F ₁ d.s üçün yolverilən maksimum kənaraçıxma(±) OIML R-111-1, <i>MPE (±) for class F₁, OIML R- 111-1</i>
1	20 kq	ANF	20 kq + 51,2 mq	30 mq	100 mq

Genişləndirilmiş qeyri-müəyyənlik, cəmləşdirilmiş standart qeyri-müəyyənliyin əhatə etmə əmsalına k=2 vurulması ilə alınır. Burada, k=2 ehtimal edilən normal paylanma zamanı təqribən 95 %-ə bərabər olan inandırma səviyyəsinə uyğundur. Qeyri-müəyyənliyin qiymətləndirilməsi Rəhbəredici sənəd ISO/IEC 98-3:2008 "Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyi-3-cü hissə: Ölçmələrin qeyri-müəyyənliyinin ifadə olunması üzrə Rəhbəredici sənəd (GUM:1995)" əsasında aparılıb.

The expanded uncertainty is obtained by multiplying the combined standard uncertainty by a coverage factor k=2 corresponding to a confidence interval of approximately 95 % assuming a normal distribution. The evaluation of uncertainty is conducted according to the ISO/IEC Guide 98-3:2008 "Uncertainty of measurement -Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)".

Əlavə məlumat

Additional information

OIML R-111-1 in tələblərinə əsasən çəki daşı F₁ dəqiqlik sinfinə uyğundur.

Kalibrənmə obyektinin vəziyyəti / kalibrənmə obyektinin kalibrənməyə qədər dövrdə tənzimlənməsi və təmiri/
Condition of the item of calibration / adjustments or repair of the item calibration before calibrated/

təvsiyə olunan təkrar kalibrənmə dövrü
recommended recalibration