Sphygmomanometer



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 12 labs

इन lab items पर लागू: Blood Pressure Measuring (Sphygmomanometer)- Mercury Free; Blood Pressure Monitor; Blood pressure monitor (manual and/or digital); BP Machine; B.P. Monitoring Machine; Digital BP machine; Electronic Blood Pressure Monitoring Machine; Sphygmomanometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sphygmomanometer cuff और manual या digital system की मदद से blood pressure मापता है। सही cuff placement, व्यक्ति की तैयारी और reading को ध्यान से दर्ज करने से अधिक भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं।

मुख्य भाग

- Cuff ऊपरी बाँह या स्वीकृत measurement जगह के चारों ओर लगाया जाता है।
- Inflation bulb या pump manual model में cuff में हवा भरता है।
- Valve manual model में cuff का दबाव धीरे-धीरे कम करता है।
- Pressure gauge aneroid या mercury-free manual model में दबाव दिखाता है।
- Digital display electronic model में blood pressure और pulse दिखाता है।
- Tubing cuff को pump या measuring unit से जोड़ती है।
- Power button और batteries कई digital models को चलाते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Teacher या healthcare professional की निगरानी में device के instructions के अनुसार काम करें।
2. प्रक्रिया समझाएँ और व्यक्ति को लगभग पाँच मिनट शांत बैठने दें।
3. व्यक्ति से बात न करने को कहें; पैर जमीन पर और पीठ सहारे पर रखें।
4. Instructions में कुछ और न हो तो सही आकार का cuff खुली ऊपरी बाँह पर लगाएँ।
5. Cuff, tubing, connectors, display और battery की स्थिति जाँचें।
6. जहाँ संभव हो, exercise, caffeine या smoking के तुरंत बाद measurement न करें।

उपयोग कैसे करें

1. व्यक्ति की बाँह को सहारा देकर heart level पर रखें और हथेली ऊपर रखें।
2. Cuff के markings के अनुसार उसे खुली ऊपरी बाँह पर ठीक से लपेटें।
3. Manual device में training मिली हो तो stethoscope को brachial artery पर रखें।
4. Device instructions और सिखाई गई विधि के अनुसार cuff में हवा भरें।
5. Manual model में training मिली हो तो Korotkoff sounds सुनते हुए दबाव धीरे कम करें।
6. Digital model में start button दबाएँ और measurement के दौरान व्यक्ति को स्थिर रखें।
7. Reading आने पर systolic pressure, diastolic pressure और दिखाया गया pulse नोट करें।
8. School procedure के अनुसार समय और जरूरी observations के साथ परिणाम दर्ज करें।
9. Reading असामान्य लगे तो थोड़ी देर आराम कराकर सही तरीके से दोबारा मापें।
10. Cuff हटाएँ, device बंद करें और निर्देशों के अनुसार दोबारा इस्तेमाल होने वाली सतहें साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चोट लगी बाँह या medical restriction वाली बाँह पर cuff न लगाएँ।
- Cuff और tubing साफ रखें; बहुत कसकर या लंबे समय तक inflation न करें।
- एक reading से बीमारी का diagnosis न करें; चिंताजनक परिणाम healthcare professional को बताएँ।
- Measurement के दौरान दर्द, चक्कर या परेशानी होने पर प्रक्रिया रोकें।
- Infection-control instructions के अनुसार साफ किए बिना cuff दूसरे व्यक्ति पर इस्तेमाल न करें।
- Mercury-free equipment को साबुत रखें और damaged electronic parts तथा batteries का सही disposal करें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved method से cuff और device साफ करें।
- Device को गर्मी और नमी से दूर सूखे protective case में रखें।
- Batteries, tubing, cuff fabric और connectors में damage नियमित रूप से जाँचें।
- Manufacturer या healthcare facility की सलाह के अनुसार calibration या accuracy checks कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कपड़ों के ऊपर measurement करना या गलत आकार का cuff इस्तेमाल करना।
- व्यक्ति को बात करने, हिलने या बाँह बिना सहारे रखने देना।
- Measurement के दौरान बाँह को heart level से ऊपर या नीचे रखना।
- Reading गलत दर्ज करना या एक परिणाम को diagnosis मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।