Needle Destroyer



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Needle burner; Syringe destroyer; Syringe Destroyer and Needle Burner

इसका उपयोग किस लिए होता है

Needle destroyer या syringe destroyer का उपयोग इस्तेमाल की गई needles और syringes को device design तथा approved healthcare waste procedures के अनुसार निष्क्रिय करने या सुरक्षित रूप से process करने के लिए होता है। सही handling और तुरंत disposal से needlestick injuries तथा infection risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Device housing operating mechanism को ढकता है।
- कुछ models में needle insertion port compatible needles स्वीकार करता है।
- Cutting, melting या destroying mechanism design के अनुसार needle को निष्क्रिय करता है।
- Compatible models में syringe cutting या disabling slot होता है।
- Powered models में power switch mechanism चालू करता है।
- कुछ models में indicator light operating status दिखाती है।
- जहाँ उपलब्ध हो, waste collection container processed sharps या अलग components इकट्ठा करता है।
- Powered models में power cord या battery energy देती है।

शुरू करने से पहले

1. Device केवल trained और authorised healthcare personnel चलाएँ।
2. Manual पढ़ें और पुष्टि करें कि device किन needle तथा syringe types को स्वीकार करता है।
3. Housing, insertion port, switch, power supply और waste container में damage जाँचें।
4. Local procedures के अनुसार gloves और eye protection सहित required PPE पहनें।
5. Device को designated waste-handling area में stable, आसानी से साफ होने वाली सतह पर रखें।
6. Approved sharps container तैयार करें और facility के biomedical waste segregation rules अपनाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions के अनुसार जरूरत होने पर device चालू करें।
2. पुष्टि करें कि device ready है और guards या covers सही जगह लगे हैं।
3. Used syringe को barrel से पकड़ें और fingers को needle से दूर रखें।
4. केवल compatible needle को designated port में बिना जोर लगाए डालें।
5. जरूरत के अनुसार approved control से destruction mechanism activate करें।
6. बिना sharp end छुए पुष्टि करें कि needle अपेक्षित तरीके से process हुई है।
7. बची syringe और processed components को सही approved waste stream में डालें।
8. केवल compatible items के लिए प्रक्रिया दोहराएँ और work area व्यवस्थित रखें।
9. काम पूरा होने पर manual के अनुसार device बंद करके power disconnect करें।
10. Sharps container fill limit तक पहुँचने पर बंद करें और approved procedure से device का बाहरी हिस्सा साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Used needle को कभी न छुएँ, मोड़ें या हाथ से निकालें, जब तक approved device procedure सुरक्षित method की स्पष्ट अनुमति न दे।
- Incompatible needle या syringe को device में जबरदस्ती न डालें।
- Cutting या heating elements से हाथ दूर रखें और guards bypass न करें।
- Housing, insertion port या power supply damaged हो तो device इस्तेमाल न करें।
- Local biomedical waste rules मानें; processed sharps को भी approved sharps disposal की जरूरत हो सकती है।
- Needlestick injury या blood exposure होने पर facility की immediate exposure-response procedure अपनाएँ और तुरंत medical assessment लें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले device बंद करके power disconnect करें।
- Manufacturer-approved materials से बाहरी surfaces साफ और disinfect करें।
- Insertion port, guards और waste container में damage या blockage नियमित जाँचें।
- Abnormal operation, overheating या destruction failure होने पर authorised servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Device द्वारा unsupported needle या syringe type इस्तेमाल करना।
- Needle tip या processed sharp components को हाथ से छूना।
- Processed sharps को approved waste stream के बजाय general waste में डालना।
- Device powered रहते cleaning करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।