Suction Apparatus



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Suction Apparatus

इसका उपयोग किस लिए होता है

Suction apparatus clinical जरूरत के अनुसार patient के airway या designated clinical site से blood, mucus, secretions और अन्य fluids निकालता है। सही setup, appropriate suction settings, infection control और patient monitoring से effective suction मिलता है तथा tissue injury और contamination का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Vacuum pump negative pressure बनाता है।
- Collection canister निकाले गए fluids को collect करता है।
- Patient tubing suction source को collection system से जोड़ती है।
- Suction catheter या approved clinical attachment intended site से fluids निकालता है।
- Pressure regulator suction strength adjust करता है।
- Vacuum gauge उपलब्ध negative pressure दिखाता है।
- जहाँ fitted हो, bacterial filter pump की सुरक्षा में मदद करता है।
- Model के अनुसार power switch, battery या foot control unit operate करता है।

शुरू करने से पहले

1. Apparatus केवल trained healthcare personnel अपनी clinical scope और local protocols के अनुसार चलाएँ।
2. Intended clinical use confirm करें और सही suction device तथा approved accessories चुनें।
3. Housing, power cable, tubing, canister, seals, filter और connectors में damage या contamination जाँचें।
4. Check करें कि collection canister सही तरह fitted है और maximum fill level से नीचे है।
5. Power supply या battery condition verify करें तथा vacuum gauge और controls test करें।
6. Patient, procedure और device instructions के अनुसार prescribed suction level set करें।
7. Hand hygiene करें और appropriate PPE पहनें; procedure के अनुसार sterile accessories इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. Apparatus को patient के पास stable surface पर रखें और emergency access बाधित न करें।
2. Device diagram के अनुसार collection canister, tubing, filter और approved patient attachment connect करें।
3. Confirm करें कि सभी connections secure हैं और canister lid सही तरह seal होती है।
4. Unit चालू करें और instructions के अनुसार patient end को थोड़ी देर occlude करके vacuum function check करें।
5. Pressure regulator को prescribed setting पर adjust करें और gauge reading verify करें।
6. संभव हो तो patient को procedure समझाएँ और clinical indication के अनुसार सही position दें।
7. Suction catheter को केवल relevant clinical protocol और training के अनुसार insert तथा use करें।

8. Prescribed duration तक suction apply करें और patient को observe करते हुए appropriate technique बनाए रखें।
9. पूरी procedure में oxygenation, breathing, heart rate, comfort और अन्य clinically relevant signs monitor करें।
10. Significant distress, bleeding, abnormal response या equipment failure होने पर suction तुरंत रोकें।
11. Use के बाद unit बंद करें, accessories सुरक्षित तरीके से disconnect करें और single-use items designated waste streams में dispose करें।
12. Manufacturer instructions के अनुसार reusable parts clean तथा disinfect करें और जरूरत के अनुसार procedure document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Prescribed clinical limits या device instructions से अधिक suction setting या duration इस्तेमाल न करें।
- Mucosal injury और अन्य complications कम करने के लिए सही catheter size तथा technique अपनाएँ।
- Collection canister को overfill न होने दें और fluid को pump में जाने से रोकें।
- Infection-control precautions अपनाएँ और single-use accessories दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Damaged electrical components इस्तेमाल न करें और unsuitable wet environment में device operate न करें।
- Airway emergency में suction की जरूरत हो तो applicable emergency protocol अपनाएँ और appropriate clinical assistance लें।

देखभाल और रखरखाव

- Collected fluids को clinical infection-control और waste procedures के अनुसार empty तथा dispose करें।
- Manufacturer और facility policy के अनुसार single-use canisters, filters, tubing तथा catheters replace करें।
- हर use के बाद reusable components को approved products से clean तथा disinfect करें।
- Seals, tubing, connectors और vacuum gauge नियमित inspect करें।
- Preventive maintenance कराएँ और suction performance unreliable होने पर device को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Patient और clinical indication को ध्यान में रखे बिना suction pressure set करना।
- Collection canister को overfill होने देना या filter को wet होने देना।
- Disposable accessories reuse करना या infection-control procedures की अनदेखी करना।
- Use से पहले suction performance verify न करना या patient monitoring छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।