Basti Yantra



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Basti; Basti yantra

इसका उपयोग किस लिए होता है

Basti Yantra का उपयोग traditional Ayurvedic practice में appropriate clinical supervision के अंतर्गत prescribed enema preparation को rectal route से administer करने के लिए किया जाता है। सही patient assessment, hygienic preparation, suitable equipment और सावधानीपूर्वक administration से injury, infection तथा अन्य complications का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Reservoir या container prescribed liquid preparation रखता है।
- Connecting tube preparation को reservoir से आगे ले जाती है।
- Nozzle या rectal tip intended administration route के लिए designed होता है।
- जहाँ fitted हो, clamp या flow control liquid delivery नियंत्रित करता है।
- Connectors reservoir, tube और nozzle को जोड़ते हैं।
- जहाँ शामिल हो, support या stand reservoir को hold करता है।
- Device design और instructions के अनुसार components disposable या reusable हो सकते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Basti केवल qualified Ayurvedic या healthcare practitioners करें जिन्हें procedure की training हो।
2. Patient identity, indication, prescribed preparation, volume, temperature और relevant contraindications confirm करें।
3. Clinical policy के अनुसार procedure समझाएँ और informed consent लें।
4. Reservoir, tube, nozzle, connectors और flow control में damage, blockage या leakage जाँचें।
5. Confirm करें कि reusable components properly cleaned और processed हैं या disposable items sterile तथा expiry के भीतर हैं।
6. Approved ingredients और सही clinical method से prescribed solution तैयार करें; unprescribed substances इस्तेमाल न करें।
7. Hand hygiene करें, appropriate gloves तथा PPE पहनें और private, clean treatment area तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Qualified practitioner के निर्देशानुसार patient को position करें और privacy तथा comfort बनाए रखें।
2. Prescribed liquid verify करें और confirm करें कि volume तथा temperature clinical instructions के अनुसार हैं।
3. Manufacturer instructions के अनुसार device assemble करें और connections secure होने की जाँचें।
4. Confirm करें कि nozzle या rectal tip clean तथा patient के लिए appropriate है और indicated होने पर approved lubricant लगाएँ।
5. Device instructions के अनुसार tubing prime करें और contamination तथा excessive air entry रोकें।

6. Clinical supervision में prescribed technique और controlled flow से preparation धीरे administer करें।
7. Pain, abdominal discomfort, dizziness, bleeding, nausea या अन्य unexpected reactions के लिए patient monitor करें।
8. Significant pain, bleeding, resistance या concerning symptoms होने पर administration तुरंत रोकें और clinical assessment लें।
9. Prescribed protocol के अनुसार procedure पूरा करें और patient को safe recovery तथा hygiene में सहायता दें।
10. Single-use items और clinical waste को facility policy के अनुसार dispose करें; reusable components को validated procedures से clean करें।
11. Required होने पर preparation, administered amount, patient response और adverse events document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Appropriate clinical training, valid indication और informed consent के बिना procedure न करें।
- Unprescribed preparation administer न करें और prescribed volume, temperature या rate से अधिक न जाएँ।
- Resistance या significant pain होने पर nozzle या fluid को force न करें।
- Rectal bleeding, severe abdominal pain, suspected obstruction या suspected perforation जैसे contraindications या warning signs होने पर पहले clinical assessment लें।
- Appropriate infection-control precautions अपनाएँ और single-use items दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Medically vulnerable patients या additional monitoring की जरूरत वाले patients के लिए clinical protocols follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Use के तुरंत बाद validated instructions के अनुसार reusable components clean और process करें।
- Tube, nozzle, reservoir और connectors में cracks, residue, blockage तथा leakage inspect करें।
- जहाँ required हो, components पूरी तरह dry करके clean, protected area में store करें।
- Use से पहले sterile disposable components की expiry और packaging integrity जाँचें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और authorised replacement या repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Patient की suitability और prescribed preparation confirm किए बिना device इस्तेमाल करना।
- Inadequately cleaned या contaminated components इस्तेमाल करना।
- Excessive force लगाना या preparation बहुत तेजी से administer करना।
- Pain, bleeding, resistance या अन्य complication signs को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।