Galvanic Machine



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Galvanic Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Galvanic machine अपने design और attachments के अनुसार cosmetic treatment के लिए नियंत्रित low-level direct current का उपयोग करती है। Client के लिए suitable approved electrode, product, intensity और procedure ही अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Main control unit और power switch
- Positive और negative electrodes या treatment probes
- Electrode cables और connectors
- Intensity और mode controls
- Compatible treatment accessories
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Machine, electrode surfaces, cables और connectors में damage जाँचें।
2. पक्का करें कि electrodes और accessories machine के compatible हैं।
3. Manufacturer के instructions के अनुसार reusable electrodes साफ और disinfect करें।
4. Client की skin condition, allergy और treatment suitability जाँचें।
5. Manufacturer के अनुसार implanted electronic devices जैसी relevant contraindications पूछें।
6. केवल approved conductive product तैयार करें और work area सूखा रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Machine को stable और सूखी treatment surface पर रखें।
2. Machine बंद करके जरूरी electrodes connect करें।
3. Instructions के अनुसार approved conductive product लगाएँ।
4. चुने गए treatment के अनुसार electrodes की position रखें।
5. Machine को suitable outlet से जोड़कर चालू करें।
6. सही mode चुनें और सबसे कम suitable intensity से शुरू करें।
7. Intensity को केवल approved operating range में धीरे बढ़ाएँ।
8. Prescribed technique और treatment time के अनुसार electrodes चलाएँ या रखें।
9. पूरी procedure के दौरान client के comfort और skin response पर ध्यान दें।
10. Electrodes हटाने या बदलने से पहले intensity zero करके machine बंद करें।
11. Instructions के अनुसार जरूरत होने पर treatment के बाद plug निकालें।
12. Reusable electrodes और accessories को साफ, disinfect, सुखाकर store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained beauty personnel चलाएँ।
- Damaged electrodes, cables या electrical connectors का उपयोग न करें।
- Manufacturer की contraindications मानें और unsuitable स्थिति में machine न चलाएँ।
- Electrodes को chest या अन्य prohibited areas के आर-पार न रखें।
- Electrical connections सूखे रखें और current चलते समय electrodes adjust न करें।
- Client को दर्द, जलन, चक्कर या असामान्य irritation होने पर तुरंत रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine के बाहरी हिस्से को approved method से साफ करें।
- हर client के बाद reusable electrodes disinfect करें।
- Electrode surfaces और cables में corrosion, wear या damage जाँचें।
- Electrodes को अलग रखें ताकि surfaces और connectors सुरक्षित रहें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Unapproved product या incompatible electrode का उपयोग करना।
- बहुत ज्यादा intensity से शुरू करना या निर्धारित समय से ज्यादा treatment करना।
- Current चलते समय electrode की position बदलना।
- Contraindications या discomfort के संकेतों को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।