Glucometer



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Glucometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Glucometer compatible test strip और थोड़े blood sample से blood glucose मापता है। सही result, infection prevention और result reporting के लिए device instructions तथा clinical procedure का पालन करें।

मुख्य भाग

- Glucometer meter और display
- Compatible glucose test strips
- Lancing device और single-use lancets
- Control solution, यदि निर्धारित हो
- Battery या power source
- Approved sharps container और cleaning supplies

शुरू करने से पहले

1. User की identity verify करें और test procedure समझाएँ।
2. हाथ धोएँ और user की उंगली साफ तथा पूरी तरह सूखी रखें।
3. Meter, test-strip expiry date और strip storage condition जाँचें।
4. Confirm करें कि strips meter model और coding requirements के अनुकूल हैं।
5. Lancing device जाँचें और नई sterile single-use lancet लगाएँ।
6. Clinical procedure के अनुसार gloves और sharps container तैयार रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer के instructions के अनुसार meter चालू करें।
2. Compatible test strip को बताए गए direction में डालें।
3. Confirm करें कि meter blood sample लेने के लिए ready है।
4. Lancing device में नई single-use lancet लगाएँ।
5. Approved technique से fingertip से थोड़ी blood drop लें।
6. Blood को test strip के निर्धारित sample area पर लगाएँ।
7. Meter पर result आने तक प्रतीक्षा करें।
8. Clinical procedure के अनुसार date और time सहित result पढ़कर record करें।
9. Result की तुलना user के care plan या applicable clinical guidance से करें।
10. Critical, unexpected या concerning result को तुरंत appropriate healthcare professional को बताएँ।
11. Lancet को तुरंत approved sharps container में डालें।
12. Used strip को local clinical waste procedure के अनुसार discard करें।
13. Manufacturer के निर्देश के अनुसार meter साफ करके सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हर व्यक्ति और हर test के लिए नई sterile lancet उपयोग करें।
- Lancet बदलने पर भी lancing device किसी दूसरे व्यक्ति के साथ share न करें।
- Standard precautions और applicable infection-control procedures का पालन करें।
- Expired, damaged या गलत तरीके से stored test strips उपयोग न करें।
- Appropriate clinical guidance के बिना केवल reading के आधार पर medication न बदलें।
- Cleaning, quality control और result interpretation के लिए device instructions मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Meter और strips को निर्धारित temperature तथा humidity range में रखें।
- Strip container बंद रखें और storage instructions का पालन करें।
- Manufacturer या clinical procedure के अनुसार control-solution checks करें।
- Meter को केवल compatible approved products से clean और disinfect करें।
- Battery बदलें और faulty readings या equipment problems report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Expired या meter से incompatible strips उपयोग करना।
- गीली या गंदी उंगली से test करना।
- Lancet दोबारा उपयोग करना या lancing device share करना।
- Result गलत record करना या unexpected reading को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।