Haemoglobinometer



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Haemoglobin meter; Sahli's Hemoglobinometer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Haemoglobinometer device-specific method से blood sample में haemoglobin concentration मापता है। Quality control और infection prevention सहित manufacturer के instructions तथा approved clinical procedures का पालन करें।

मुख्य भाग

- Haemoglobinometer या Sahli comparator
- Graduated tube या compatible cuvette
- Pipette, capillary या निर्धारित blood-sampling accessory
- Method के अनुसार reagent या diluent
- Stirring rod या mixing accessory, यदि जरूरी हो
- Gloves, lancet और approved sharps container

शुरू करने से पहले

1. Patient की identity verify करें और test procedure समझाएँ।
2. Instrument, measuring tube, pipette और accessories की cleanliness तथा condition जाँचें।
3. Reagent का नाम, expiry date और storage requirements जाँचें।
4. Instrument की calibration या quality-check स्थिति verify करें।
5. Hand hygiene करें और PPE तथा waste containers तैयार रखें।
6. Approved clinical procedure के अनुसार blood sample लें।

उपयोग कैसे करें

1. Instrument को stable और साफ work surface पर रखें।
2. Specified method के अनुसार sample और reagent तैयार करें।
3. Sahli method में instructions के अनुसार graduated tube में निर्धारित reagent डालें।
4. Specified sampling accessory से जरूरी blood volume सही मापें।
5. Method instructions के अनुसार blood को reagent में डालकर mix करें।
6. निर्धारित समय तक reaction होने दें।
7. Visual comparator method में निर्देश के अनुसार diluent धीरे डालें और prescribed colour match तक mix करें।
8. Electronic model में manufacturer के निर्देश के अनुसार prepared sample या cuvette डालें।
9. Instrument की scale या display से haemoglobin result पढ़ें।
10. सही patient identifier, units, date और time के साथ result record करें।
11. Expected range से बाहर या concerning result को clinical procedure के अनुसार report करें।
12. Blood-contaminated materials और sharps को approved waste containers में डालें।
13. Manufacturer के instructions के अनुसार instrument और reusable accessories साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Test केवल trained healthcare personnel करें और interpret करें।
- सभी blood samples को potentially infectious मानें और standard precautions अपनाएँ।
- Capillary sampling में हर patient के लिए sterile single-use lancet उपयोग करें।
- Reagent की safety instructions मानें और skin या eyes से contact रोकें।
- Disposable cuvettes, capillaries या contaminated accessories दोबारा उपयोग न करें।
- Quality-control procedures अपनाएँ और unreliable या unexpected results report करें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद compatible surfaces साफ और disinfect करें।
- Reagents और accessories को निर्धारित conditions में store करें।
- Required frequency के अनुसार instrument condition और quality control जाँचें।
- Optical या comparison surfaces साफ रखें और scratches से बचाएँ।
- Maintenance, quality-control results और equipment faults document करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत blood volume या reagent quantity उपयोग करना।
- Required reaction time या colour match से पहले result पढ़ना।
- Expired reagents या contaminated accessories का उपयोग करना।
- गलत patient के नाम पर result record करना या units छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar