# AED

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

**इन lab items पर लागू:** AED (Automated External defibrillator)



## इसका उपयोग किस लिए होता है

Automated External Defibrillator (AED) व्यक्ति की heart rhythm analyse करता है और जरूरत होने पर कुछ प्रकार के cardiac arrest में electric shock देने की सलाह देता है या shock देता है। इसे जल्दी उपयोग करें और device prompts तथा local emergency procedures के अनुसार CPR जारी रखें।

## मुख्य भाग

- AED unit और display या voice prompts
- Electrode pads और connecting cable
- Battery या power module
- Semi-automatic models में shock button
- Protective case और quick-reference instructions
- Model के अनुसार optional child pads या paediatric mode

## शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि rescuer और patient के लिए scene सुरक्षित है।
2. Responsiveness और normal breathing जाँचें; व्यक्ति unresponsive हो और normal breathing न कर रहा हो तो emergency services को call करें और AED मँगाएँ।
3. किसी अन्य व्यक्ति से AED लाने को कहें और जरूरत होने पर तुरंत CPR शुरू करें।
4. AED चालू करें और voice या visual prompts follow करें।
5. Patient की chest expose करें और गीली हो तो सुखाएँ; pad sites पर medication patches को gloves पहनकर हटाएँ और skin साफ करें।
6. Implanted medical devices या pad positions के नीचे jewellery जाँचें और AED instructions के अनुसार pads लगाएँ।

## उपयोग कैसे करें

1. AED case खोलें, unit चालू करें और हर voice या screen instruction follow करें।
2. Pad illustrations में दिखाई गई positions के अनुसार pads को bare chest पर लगाएँ।
3. यदि pad cable पहले से connected नहीं है तो उसे connect करें।
4. Rhythm analysis के दौरान सुनिश्चित करें कि कोई patient को touch न करे।
5. Shock advised होने पर सभी को जोर से दूर रहने के लिए कहें और आँखों से confirm करें कि कोई patient को touch नहीं कर रहा।
6. Semi-automatic AED में निर्देश मिलने पर flashing shock button दबाएँ; fully automatic AED स्वयं shock दे सकता है।
7. Prompt मिलने पर तुरंत CPR दोबारा शुरू करें, chest compressions से शुरुआत करें और अगले analysis के लिए AED instructions follow करें।

8. CPR और AED-guided care तब तक जारी रखें जब तक व्यक्ति में जीवन के संकेत न दिखें, trained responders जिम्मेदारी न संभालें, scene unsafe न हो जाए या आप शारीरिक रूप से जारी रखने में असमर्थ न हों।
9. Shock advised न हो तो निर्देशानुसार तुरंत CPR फिर शुरू करें; care में देरी न करें।
10. Emergency responders आने पर collapse का समय, यदि ज्ञात हो, CPR और दिए गए shocks की जानकारी दें।
11. उपयोग के बाद जरूरत के अनुसार pads और battery बदलें, manufacturer instructions से device साफ करें और उसके उपयोग की report करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Suspected cardiac arrest में AED उपलब्ध होते ही उपयोग करें और उसके prompts follow करें।
- Rhythm analysis या shock delivery के दौरान patient को touch न करें।
- Patient और chest सूखी रखें; खड़े पानी या unsafe environment में AED उपयोग न करें।
- Pads को medication patches या implanted device के उभरे हिस्से के ऊपर न लगाएँ; pad-placement instructions follow करें।
- बच्चों के लिए उपलब्ध और indicated होने पर paediatric pads या mode उपयोग करें; उपलब्ध न हों तो AED instructions follow करें।
- AED या emergency responders का इंतजार करते हुए CPR शुरू करने में देरी न करें।

## देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer के schedule के अनुसार readiness indicator और battery status जाँचें।
- Pad packaging और expiry dates नियमित जाँचें; used, expired या damaged pads बदलें।
- AED और accessories को निर्धारित, आसानी से उपलब्ध storage location पर रखें।
- उपयोग के बाद device को ready status में लाएँ और checks या faults document करें।
- AED error दिखाए या self-test fail हो तो तुरंत servicing कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- जरूरत होने पर CPR शुरू करने के बजाय AED का इंतजार करना।
- Analysis या shock delivery के दौरान सभी को दूर न करना।
- Pads को कपड़ों के ऊपर लगाना या skin contact सही न रखना।
- CPR बहुत देर तक रोकना या device prompts को नजरअंदाज करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*