Aspiration Pump



Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Aspiration pump (peristaltic or vaccum)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Aspiration pump device design के अनुसार clinical या laboratory use में fluids, mucus या अन्य secretions को suction system से निकालता है। इसे केवल intended purpose के लिए चलाएँ और manufacturer instructions, infection-control procedures तथा relevant clinical protocol follow करें।

मुख्य भाग

- Pump unit और motor
- Vacuum regulator और pressure gauge या display
- Collection canister या fluid trap
- Suction tubing और patient-side connector, जहाँ लागू हो
- Bacterial या overflow filter, जहाँ लगा हो
- Power supply, control switch और optional foot switch

शुरू करने से पहले

1. Device type, intended application और authorised procedure confirm करें; patient use केवल trained healthcare personnel करें।
2. Pump housing, power cable, controls, vacuum gauge, canister, tubing और connectors में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि collection canister साफ, सही तरीके से fitted और maximum fill line से नीचे है।
4. Confirm करें कि सही filter और approved single-use या reprocessed accessories specified तरीके से installed हैं।
5. Use से पहले electrical supply और required alarm या battery status verify करें।
6. Patient care के लिए clinical order, required suction setting, patient identity और infection-control precautions confirm करें।

उपयोग कैसे करें

1. Pump को stable, dry surface पर रखें और ventilation openings खुली रखें।
2. Device diagram के अनुसार collection canister, filter और tubing connect करें।
3. Confirm करें कि tubing connections secure हैं और fluid trap या overflow protection सही तरह fitted है।
4. Pump चालू करें और जाँचें कि vacuum indicator सामान्य रूप से respond करता है।
5. Suction pressure केवल authorised clinical protocol या specified procedure के अनुसार set करें।
6. Patient use में trained personnel procedure समझाएँ, patient को सही position दें और जरूरत के अनुसार aseptic technique से approved patient interface connect करें।
7. Relevant clinical protocol और device के intended use के अनुसार ही suction लगाएँ; जहाँ लागू हो patient को लगातार observe करें।

8. Collection canister monitor करें और liquid के maximum fill line तक पहुँचने से पहले suction रोकें।
9. Suction कमजोर हो, gauge abnormal हो, fluid pump में जाए या alarm बजे तो use रोकें और troubleshooting procedure अपनाएँ।
10. Use के बाद unit बंद करें और cleaning के लिए components खोलने से पहले power disconnect करें।
11. Collected material और single-use accessories को infection-control तथा biomedical-waste procedures के अनुसार dispose करें।
12. Instructions के अनुसार reusable components clean और disinfect करें, required filters बदलें तथा use या faults document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Patient aspiration procedures केवल trained और authorised healthcare personnel relevant clinical protocol के अनुसार करें।
- Device की specified vacuum range या authorised clinical suction setting से अधिक न जाएँ।
- Damaged tubing, overfilled canister या missing अथवा incorrectly fitted filter के साथ use न करें।
- Collected fluid को pump में जाने से रोकें; overflow या contamination का संदेह हो तो तुरंत use रोकें।
- Secretions या contaminated components संभालते समय appropriate PPE और standard precautions अपनाएँ।
- Cleaning या servicing से पहले power disconnect करें और electrical pump unit को liquid में कभी न डुबोएँ।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions और local infection-control policy के अनुसार collection canister खाली तथा साफ करें।
- Tubing, seals, connectors, filters और overflow protection नियमित inspect करें।
- Single-use accessories और filters को specified intervals पर या contaminated होने पर बदलें।
- जहाँ लागू हो vacuum performance, alarms और battery condition जाँचें।
- Suction unreliable हो, gauge fail हो या fluid pump में जाए तो qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Canister, filter या tubing connections जाँचे बिना pump चलाना।
- Relevant clinical protocol follow किए बिना suction pressure चुनना।
- Collection canister को overfill होने देना।
- Single-use accessories दोबारा उपयोग करना या electrical unit को liquid में डुबोकर साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।