# Bashpa Swedan



Category: **Beauty, Wellness & Fitness** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

**इन lab items पर लागू:** Bashpa Swedan

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Bashpa Swedan traditional practices में उपयोग की जाने वाली steam-based wellness procedure है, जिसमें शरीर को नियंत्रित warmth और steam दी जाती है। इसे appropriate training, suitable equipment, informed consent और health screening के साथ करें तथा temperature, duration, hydration और emergency access को सावधानी से control करें।

## मुख्य भाग

- Steam generator या heating unit
- Treatment chamber, enclosure या steam tent
- Steam delivery pipe और outlet
- Temperature control और thermometer
- Timer और ventilation arrangement
- Water reservoir, drain और emergency shutoff

## शुरू करने से पहले

1. Applicable health screening process के अनुसार व्यक्ति की consent, treatment purpose और procedure के लिए suitability confirm करें।
2. यदि कोई condition या symptom heat अथवा steam exposure के लिए contraindication हो तो procedure न करें; संदेह होने पर qualified clinical advice लें।
3. Steam generator, pipes, chamber, controls, electrical connections और emergency shutoff में damage या leaks जाँचें।
4. Treatment area साफ और ventilated रखें; safe access तथा steam तुरंत रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. Verify करें कि temperature और timer controls सही काम करते हैं तथा water level required है।
6. Procedure, expected warmth, possible discomfort, stop signal और dizziness, nausea, breathing difficulty या excessive heat की सूचना देने की जरूरत समझाएँ।

## उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer instructions और facility protocol के अनुसार equipment तथा treatment area तैयार करें।
2. Reservoir में specified water भरें और drain तथा steam outlet clear होने की पुष्टि करें।
3. Steam generator चालू करें और व्यक्ति के प्रवेश से पहले chamber को approved treatment conditions तक पहुँचने दें।
4. Designated measuring device से actual temperature verify करें; केवल control setting पर भरोसा न करें।
5. व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अंदर आने या position लेने में मदद करें और face तथा airway को direct steam jets से दूर रखें।
6. Approved protocol और व्यक्ति की tolerance के अनुसार treatment duration तथा temperature set करें।

7. पूरी procedure के दौरान पास रहें और comfort, skin response, breathing तथा general condition monitor करें।
8. व्यक्ति excessive heat, dizziness, nausea, weakness, pain या breathing difficulty बताए तो steam delivery तुरंत रोकें।
9. व्यक्ति को सुरक्षित बाहर आने में मदद करें, धीरे-धीरे cool होने दें और appropriate तथा permitted होने पर drinking water दें।
10. Equipment drain या clean करने से पहले steam generator बंद करें और power isolate करें।
11. Facility protocol के अनुसार contact surfaces और reusable accessories clean तथा disinfect करें।
12. Treatment duration, settings, व्यक्ति की response और adverse events record करें; concerns responsible practitioner को report करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Procedure केवल trained और authorised personnel perform या supervise करें।
- Burns से बचने के लिए steam exposure control करें; hot steam को face या sensitive skin पर सीधे न जाने दें।
- Treatment के दौरान व्यक्ति को unattended न छोड़ें, खासकर जब mobility या heat tolerance सीमित हो।
- Faintness, confusion, chest discomfort, breathing difficulty या heat illness के संकेत हों तो तुरंत रोकें और जरूरत पर emergency assistance लें।
- Children, older adults, pregnancy, impaired sensation, cardiovascular conditions और अन्य heat-sensitive circumstances में अतिरिक्त सावधानी रखें; जहाँ उचित हो qualified medical advice लें।
- Hot या power-connected equipment पर pressurised steam lines न खोलें और heater service न करें।

## देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer instructions और facility hygiene protocol के अनुसार water reservoir drain और clean करें।
- Specified interval पर approved descaling method से mineral deposits हटाएँ।
- Steam hoses, seals, controls, temperature sensors और electrical connections नियमित inspect करें।
- Uses के बीच treatment chamber को सूखा और ventilated रखें।
- Damaged equipment को service से हटाएँ और qualified inspection या repair कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Approved protocol follow किए बिना excessive temperature या treatment duration रखना।
- व्यक्ति को unattended छोड़ना या heat intolerance के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना।
- Direct steam contact से skin burn होने देना।
- Equipment ठंडा और isolated होने से पहले उसे clean या open करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*