Medical Equipment

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Medical Equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Medical equipment का निरीक्षण, तैयारी और संचालन उसके निर्धारित उपयोग तथा manufacturer के निर्देशों के अनुसार किया जाता है। उपयोग से पहले condition, cleanliness, function और जरूरी checks की पुष्टि करके सुरक्षित patient care में सहायता करें।

मुख्य भाग

- Main equipment unit और housing
- Power supply, battery या charging system
- Controls, display और indicators
- Sensors, probes, cables या accessories, जहाँ लागू हों
- Alarms और safety features, यदि लगे हों
- Cleaning, storage और maintenance accessories

शुरू करने से पहले

1. Device की सही पहचान, intended use और authorized operator की जरूरतें जाँचें।
2. Manufacturer के instructions और facility की संबंधित clinical procedure पढ़ें।
3. Casing, power cord, battery, cables, connectors और accessories में damage जाँचें।
4. जहाँ लागू हो, required inspection, maintenance और calibration status की पुष्टि करें।
5. Device और reusable accessories को approved procedure से साफ तथा disinfect करें।
6. जाँचें कि device intended patient या task के लिए सही तरह configured है और जरूरी supplies उपलब्ध हैं।
7. Manufacturer के निर्देशानुसार alarm settings, self-test results और functional checks की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. Equipment को स्थिर सतह पर रखें या approved mounting system से सुरक्षित करें।
2. Approved power supply जोड़ें या battery charge पर्याप्त होने की पुष्टि करें।
3. Device चालू करें और self-test या initialization sequence पूरा होने दें।
4. Display पर errors, alerts, calibration prompts या maintenance warnings देखें।
5. केवल compatible accessories जोड़ें और उनके सही तरह fitted होने की पुष्टि करें।
6. Patient पर उपयोग से पहले manufacturer की approved method से जरूरी functional check करें।
7. Operating parameters केवल authorized clinical procedure और operator की training के भीतर सेट करें।
8. जहाँ उचित हो, patient को procedure समझाएँ और facility policy के अनुसार उसकी पहचान की पुष्टि करें।
9. Equipment उपयोग करते समय patient की स्थिति तथा संबंधित indicators और alarms पर नजर रखें।
10. Readings गलत लगें, alarms जारी रहें या device खराब हो तो उपयोग रोकें और clinical या technical सहायता लें।
11. उपयोग के बाद device बंद करें और instructions के अनुसार accessories disconnect करें।
12. जरूरत के अनुसार device साफ, disinfect और store करें तथा faults या maintenance की जरूरत दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Medical equipment केवल प्रशिक्षित और authorized personnel चलाएँ या patient care में उपयोग करें।
- Damaged cables, cracked housing, failed safety checks या unresolved alarms वाले equipment का उपयोग न करें।
- Infection prevention rules और manufacturer के approved cleaning तथा disinfection instructions अपनाएँ।
- Authorization से बाहर clinical settings या treatment parameters न बदलें।
- केवल compatible accessories और approved power supplies उपयोग करें।
- Electrical connections से liquids दूर रखें, जब तक device उस exposure के लिए खास तौर पर designed न हो।
- Faulty equipment को service से हटाएँ, स्पष्ट label लगाएँ और facility maintenance process में report करें।

देखभाल और रखरखाव

- Policy के अनुसार उपयोग के बाद device और reusable accessories साफ तथा disinfect करें।
- Cables, sensors, probes, connectors और housing नियमित जाँचें।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार batteries charge और store करें।
- जहाँ लागू हो, calibration, electrical safety testing और preventive maintenance records रखें।
- Equipment को साफ, सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें तथा damage तुरंत report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Device की पहचान, condition या intended purpose जाँचे बिना उपयोग करना।
- Failed self-tests, alarms या overdue maintenance को नजरअंदाज करना।
- Incompatible या गंदी accessories इस्तेमाल करना।
- बिना authorization या पर्याप्त training के clinical parameters बदलना।
- Inspection और clearance के बिना faulty equipment को दोबारा service में लगाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar