Rapid Test Kit

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Rapid test kits for Malaria, Dengue, HIV, HCV, Typhoid, Pregnancy

इसका उपयोग किस लिए होता है

Rapid Test Kit sample में खास markers की पहचान करके चुने हुए infections या pregnancy की screening में मदद करती है। Result को kit instructions के अनुसार समझें और जरूरत पड़ने पर healthcare professional से confirm कराएँ।

मुख्य भाग

- Kit के साथ मिले test device, cassette, strip या reaction card को पहचानें।
- शामिल sample collection device, जैसे dropper, swab या lancet पहचानें।
- उपलब्ध buffer, reagent या extraction solution पहचानें।
- Test buffer wells और result window को पहचानें, यदि दिए गए हों।
- Manufacturer द्वारा बताए गए control और test result markings पहचानें।
- Sterile gloves, sample container और biohazard waste materials पहचानें।
- Package insert, expiry date और batch number पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. निर्धारित screening के लिए उपयुक्त और authorised kit ही इस्तेमाल करें।
2. पूरे instructions पढ़ें और storage conditions तथा expiry date जाँचें।
3. उचित PPE पहनें और साफ, अच्छी रोशनी वाली जगह तैयार करें।
4. उस specific test के लिए जरूरी sample type और collection method जाँचें।
5. Approved procedure से sample collect करें और सही identification के साथ label लगाएँ।
6. जाँचें कि सभी kit components मौजूद हैं और खराब नहीं हैं।
7. Blood-borne infection testing में privacy, informed consent और trained supervision सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देश होने पर sealed kit और reagents को निर्धारित temperature तक आने दें।
2. उस specific test के collection method के अनुसार sample तैयार करें।
3. Test device को उपयोग शुरू करने के समय ही खोलें।
4. दिए गए उपकरण से निर्धारित मात्रा में sample और buffer डालें।
5. Manufacturer के instructions के अनुसार timer शुरू करें।
6. Reaction के दौरान device को समतल और बिना हिलाए रखें।
7. Result को केवल निर्धारित time window के अंदर पढ़ें।
8. Control indicator जाँचें कि test valid है या नहीं।
9. Result को गोपनीय तरीके से दर्ज करें और जरूरत के अनुसार confirmatory testing समझाएँ।
10. Used devices, lancets और दूषित सामान को उचित biomedical waste containers में डालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सभी human samples को संभावित रूप से infectious मानें और उचित PPE पहनें।
- Lancets, needles, swabs या दूसरे single-use collection items दोबारा इस्तेमाल न करें।
- Invalid test को positive या negative result न मानें।
- HIV या HCV जैसे infections की screening अकेले definitive diagnosis नहीं होती।
- Consent, confidentiality, sample handling और biomedical waste disposal के approved नियम अपनाएँ।
- Test और clinical स्थिति के अनुसार results के लिए qualified medical guidance लें।

देखभाल और रखरखाव

- Unopened kits को manufacturer द्वारा निर्धारित temperature और humidity में रखें।
- Reagents बंद रखें और test components को contamination तथा सीधी धूप से बचाएँ।
- जरूरत के अनुसार batch numbers, expiry dates और quality-control checks दर्ज करें।
- हर testing session के बाद work area साफ करें और supplies पूरी करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Expired kit या गलत storage conditions वाली kit इस्तेमाल करना।
- Sample की गलत मात्रा या गलत buffer डालना।
- निर्धारित समय से पहले या time window के बाद result पढ़ना।
- जरूरी follow-up के बिना screening result को final diagnosis मान लेना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar