Water Filtration Unit



Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 22 labs

इन lab items पर लागू: Filtering machines; Filtration System; Mini water filtration unit

इसका उपयोग किस लिए होता है

वॉटर फिल्ट्रेशन यूनिट उपयुक्त फिल्टर मीडिया और उपचार चरणों से पानी के चुने हुए कणों, अशुद्धियों या दूषित पदार्थों को हटाती है। सही संचालन और समय पर फिल्टर बदलने से पानी की गुणवत्ता बनी रहती है, लेकिन केवल फिल्ट्रेशन से पीने के पानी की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती।

मुख्य भाग

- कच्चे पानी का इनलेट और आइसोलेशन वाल्व
- फिल्टर हाउसिंग और फिल्टर कार्ट्रिज या मीडिया
- लगा होने पर प्री-फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर
- डिजाइन के अनुसार एक्टिवेटेड कार्बन, मेम्ब्रेन या अन्य उपचार चरण
- ट्रीटेड पानी का आउटलेट और लगा होने पर स्टोरेज टैंक
- लगे होने पर प्रेशर गेज, फ्लो इंडिकेटर और ड्रेन कनेक्शन

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और यूनिट के लिए निर्धारित पानी के स्रोत तथा उपचार क्षमता की पुष्टि करें।
2. हाउसिंग, पाइप, वाल्व, सील, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और फिटिंग में नुकसान या लीकेज जाँचें।
3. पुष्टि करें कि फिल्टर कार्ट्रिज और मीडिया स्वीकृत हैं तथा उनकी उपयोग अवधि समाप्त नहीं हुई है।
4. जाँचें कि कच्चे पानी का प्रेशर और गुणवत्ता यूनिट की सीमा में हैं।
5. नए फिल्टर से पानी लेने से पहले निर्माता के निर्देशों के अनुसार फ्लशिंग करें।
6. ट्रीटेड पानी का टैंक और आउटलेट साफ रखें तथा जरूरी पानी गुणवत्ता जाँच की वैधता सुनिश्चित करें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्देशों के अनुसार कच्चे पानी का इनलेट वाल्व खोलें।
2. यूनिट में जरूरत होने पर पंप या पावर से चलने वाला उपचार चरण चालू करें।
3. प्रेशर और फ्लो इंडिकेटर देखें तथा पूरे सिस्टम में लीकेज जाँचें।
4. निर्धारित शुरुआती फ्लशिंग करें और जरूरत होने पर उस पानी को स्वीकृत ड्रेन में भेजें।
5. फ्लशिंग पूरी होने के बाद ही ट्रीटेड पानी इकट्ठा करें।
6. प्रवाह दर, प्रेशर में गिरावट, असामान्य गंध, रंग या कम प्रदर्शन के संकेतों पर नजर रखें।
7. सुविधा की प्रक्रिया के अनुसार ऑपरेटिंग रीडिंग और पानी गुणवत्ता जाँच दर्ज करें।
8. फिल्टर बदलने या हाउसिंग खोलने से पहले इनलेट बंद करें और बिजली अलग करें।
9. स्वीकृत प्रक्रिया से पुराने कार्ट्रिज या मीडिया बदलें और हाउसिंग सही तरीके से सील करें।
10. फिल्टर बदलने के बाद यूनिट फ्लश करें और सामान्य संचालन की पुष्टि करके उसे फिर उपयोग में लें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- कैप ढीला करने या कार्ट्रिज निकालने से पहले फिल्टर हाउसिंग का प्रेशर निकालें।
- यूनिट और पानी के उपयोग के लिए स्वीकृत फिल्टर मीडिया तथा स्पेयर पार्ट ही इस्तेमाल करें।
- पंप, कंट्रोल या इलेक्ट्रिकल भागों की सर्विसिंग से पहले बिजली अलग करें।
- जब तक पानी लागू पेयजल गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा न करे, उसे पीने के लिए न दें।
- रासायनिक सफाई या डिसइन्फेक्शन एजेंट को उनके सुरक्षा निर्देशों के अनुसार संभालें।
- लीकेज तुरंत ठीक करें और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को जमा पानी से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- निर्माता के शेड्यूल या सत्यापित प्रदर्शन सीमा के अनुसार कार्ट्रिज और फिल्टर मीडिया बदलें।
- निर्धारित अंतराल पर हाउसिंग और स्टोरेज टैंक साफ तथा सैनिटाइज करें।
- वाल्व, सील, पाइप, प्रेशर इंडिकेटर और कनेक्शन नियमित जाँचें।
- फिल्टर बदलने, फ्लशिंग, सर्विसिंग और पानी की गुणवत्ता जाँच का रिकॉर्ड रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- फिल्टर बदलने में देरी से प्रवाह घट सकता है और उपचार क्षमता कम हो सकती है।
- नए फिल्टर को फ्लश न करने से निर्माण अवशेष या ढीला मीडिया पानी में रह सकता है।
- असंगत कार्ट्रिज से यूनिट खराब हो सकती है या दूषित पदार्थ हटाने की क्षमता घट सकती है।
- साफ दिखने वाले पानी को अपने आप सुरक्षित मानने से अदृश्य दूषित पदार्थों का खतरा रह सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।