AED Trainer

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: AED Trainer with Adult Pad

इसका उपयोग किस लिए होता है

AED ट्रेनर प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण के लिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के संचालन का अभ्यास कराता है। इससे सीखने वाले वॉइस प्रॉम्प्ट का पालन करना, ट्रेनिंग पैड सही लगाना और घटनास्थल की सुरक्षा बनाए रखना सीखते हैं, बिना वास्तविक चिकित्सीय शॉक दिए।

मुख्य भाग

- कंट्रोल बटन वाला AED ट्रेनर यूनिट
- वयस्कों के लिए ट्रेनिंग इलेक्ट्रोड पैड
- ट्रेनिंग पैड केबल और कनेक्टर
- स्पीकर और वॉइस प्रॉम्प्ट सिस्टम
- दिया गया हो तो ट्रेनिंग रिमोट कंट्रोल
- कैरी केस और बैटरी या पावर एडाप्टर

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि यह AED ट्रेनर है, वास्तविक क्लिनिकल डिफिब्रिलेटर नहीं।
2. ट्रेनर, पैड केबल, कनेक्टर, कंट्रोल और बॉडी में नुकसान जाँचें।
3. सत्र शुरू करने से पहले बैटरी स्तर या स्वीकृत पावर सप्लाई जाँचें।
4. सीखने वालों के अनुसार उपयुक्त ट्रेनिंग परिदृश्य और भाषा चुनें।
5. घटनास्थल की सुरक्षा, आपातकालीन सहायता, CPR और AED प्रशिक्षण का उद्देश्य समझाएँ।
6. जाँचें कि वयस्क ट्रेनिंग पैड स्पष्ट रूप से चिह्नित हैं और वास्तविक शॉक नहीं दे सकते।

उपयोग कैसे करें

1. AED ट्रेनर चालू करें और आवश्यक ट्रेनिंग परिदृश्य चुनें।
2. समझाएँ कि वास्तविक आपातकाल में पहले घटनास्थल की सुरक्षा और व्यक्ति की प्रतिक्रिया जाँची जाती है।
3. आपातकालीन सेवा को कॉल करने और किसी से वास्तविक AED लाने के लिए कहने का अभ्यास कराएँ।
4. परिदृश्य के निर्देशों के अनुसार ट्रेनिंग मैनिकिन या अभ्यास साथी को सही स्थिति में रखें।
5. छाती का क्षेत्र खोलकर वयस्क ट्रेनिंग पैड सही स्थान पर लगाने का प्रदर्शन करें।
6. यदि पैड केबल पहले से जुड़ी न हो तो उसे ट्रेनर से जोड़ें।
7. वॉइस प्रॉम्प्ट का पालन करें और सिम्युलेटेड विश्लेषण के दौरान किसी को मैनिकिन न छूने दें।
8. निर्देश मिलने पर सिम्युलेटेड शॉक प्रक्रिया या नो-शॉक प्रतिक्रिया दिखाएँ; वास्तविक डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल न करें।
9. परिदृश्य के निर्देश मिलने पर CPR फिर शुरू करें और उपलब्ध कंप्रेशन तथा साँस संबंधी संकेतों का पालन करें।
10. अभ्यास के बाद परिदृश्य रीसेट करें, ट्रेनिंग पैड सावधानी से हटाएँ और ट्रेनर बंद करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- AED ट्रेनर के साथ केवल निर्धारित ट्रेनिंग पैड और सहायक उपकरण इस्तेमाल करें।
- ट्रेनिंग पैड को वास्तविक उपचार के लिए किसी व्यक्ति या क्लिनिकल डिफिब्रिलेटर से न जोड़ें, जब तक स्पष्ट अनुमति न हो।
- स्पष्ट करें कि ट्रेनर वास्तविक शॉक नहीं देता और आपातकालीन उपचार उपकरण नहीं है।
- केबल को इस तरह रखें कि कोई ठोकर न खाए और कनेक्टर तरल से सुरक्षित रहें।
- वास्तविक हृदय संबंधी आपातकाल में वास्तविक AED इस्तेमाल करें और आपातकालीन सेवा से संपर्क करें।
- हर प्रशिक्षण सत्र के बाद पुनः उपयोग वाले सहायक भाग निर्माता के निर्देशों के अनुसार साफ करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर सत्र के बाद ट्रेनर और पुनः उपयोग वाले भाग स्वीकृत क्लीनिंग सामग्री से साफ करें।
- पैड केबल, कनेक्टर, बटन और बॉडी में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार बैटरी और घिसे ट्रेनिंग पैड बदलें।
- ट्रेनर और पैड को साफ, सूखे केस में रखें और उपयोग के बाद सभी भाग जाँचें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- अभ्यास के दौरान ट्रेनर की जगह क्लिनिकल डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल करना गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
- पैड गलत लगाने से असुरक्षित या अप्रभावी तकनीक सीखी जा सकती है।
- क्षेत्र खाली रखने का निर्देश छोड़ने से वास्तविक आपातकाल में शॉक सुरक्षा की अनदेखी हो सकती है।
- खराब केबल या कम बैटरी से प्रशिक्षण बीच में रुक सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।