Birthing Simulator

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Birthing Simulator

इसका उपयोग किस लिए होता है

बर्थिंग सिम्युलेटर सामान्य प्रसव, डिलीवरी में सहायता और कुछ प्रसूति आपातकालीन स्थितियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देता है। इससे सीखने वाले सुपरविजन में मॉडल पर स्वीकृत तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं, बिना वास्तविक मरीज को शामिल किए।

मुख्य भाग

- मातृ पेल्विस और धड़ का मॉडल
- बर्थ कैनाल और बदलने योग्य वैजाइनल इंसर्ट
- दिया गया हो तो गर्भस्थ शिशु का मैनिकिन, कॉर्ड और प्लेसेंटा मॉडल
- पोजिशनिंग सपोर्ट और असेंबली कनेक्टर
- लुब्रिकेंट और अनुकूल ट्रेनिंग सहायक उपकरण
- सफाई सामग्री और बदलने योग्य भाग

शुरू करने से पहले

1. सिम्युलेटर के निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि कौन-से प्रसव तथा आपातकालीन परिदृश्य मॉडल पर अभ्यास किए जा सकते हैं।
2. धड़, पेल्विस, बर्थ कैनाल, शिशु मॉडल, कॉर्ड और कनेक्टर में नुकसान जाँचें।
3. निर्माता के निर्देशों के अनुसार सिम्युलेटर को सुरक्षित रूप से जोड़ें।
4. नियोजित अभ्यास के लिए केवल स्वीकृत लुब्रिकेंट और ट्रेनिंग सहायक उपकरण तैयार करें।
5. आवश्यक संक्रमण नियंत्रण प्रक्रिया के अनुसार मॉडल और सहायक उपकरण साफ करें।
6. प्रतिभागियों को प्रशिक्षण उद्देश्य, सुपरविजन की जरूरत और सिम्युलेटर की सीमाएँ समझाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. सिम्युलेटर को निर्धारित ट्रेनिंग टेबल या सपोर्ट पर सुरक्षित रखें।
2. चुने गए परिदृश्य के अनुसार मातृ और शिशु मॉडल के भाग जोड़ें।
3. सिम्युलेटेड प्रसव के लिए स्वीकृत जाँच और तैयारी के चरण दिखाएँ।
4. बदलने योग्य भागों पर घर्षण कम करने के लिए निर्देशानुसार अनुकूल ट्रेनिंग लुब्रिकेंट लगाएँ।
5. सुपरविजन में निर्धारित तकनीक से शिशु मॉडल को बर्थ कैनाल से आगे बढ़ाएँ।
6. निर्देशों के अनुसार सिम्युलेटेड डिलीवरी को सहारा देने और कॉर्ड या प्लेसेंटा मॉडल संभालने का अभ्यास करें।
7. आपातकालीन परिदृश्यों में स्वीकृत प्रशिक्षण प्रोटोकॉल और प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें।
8. भाग फँसने, गलत संरेखण या अधिक बल लगने की स्थिति में अभ्यास रोकें।
9. अभ्यास के बाद निर्देशों के अनुसार पुनः उपयोग वाले भाग अलग करें।
10. अगले सत्र के लिए सिम्युलेटर साफ करें, सुखाएँ, जाँचें और रीसेट करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सिम्युलेटर का उपयोग केवल निर्माता द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के लिए करें।
- शिशु मॉडल या बर्थ कैनाल पर अधिक खींचने, मोड़ने या दबाव डालने से बचें।
- ऐसे तेल या लुब्रिकेंट इस्तेमाल न करें जो मॉडल की सामग्री को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- अलग-अलग सीखने वालों के बीच भाग साझा करते समय संक्रमण नियंत्रण नियम अपनाएँ।
- नुकीले उपकरण तभी इस्तेमाल करें जब मॉडल और सुपरवाइज्ड प्रक्रिया इसकी स्पष्ट अनुमति दें।
- समझाएँ कि वास्तविक प्रसव और प्रसूति आपातकाल में योग्य चिकित्सकीय देखभाल तथा स्थानीय आपातकालीन प्रोटोकॉल जरूरी हैं।

देखभाल और रखरखाव

- हर सत्र के बाद पुनः उपयोग वाली सतहें और इंसर्ट अनुकूल उत्पादों से साफ तथा डिसइन्फेक्ट करें।
- बर्थ कैनाल, शिशु मॉडल, कॉर्ड, कनेक्टर और सपोर्ट में घिसाव या फटाव जाँचें।
- खराब या घिसे भागों को निर्माता के स्वीकृत भागों से बदलें।
- सिम्युलेटर को साफ और सूखा रखें तथा निर्देशानुसार जोड़कर या अलग करके स्टोर करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत असेंबली से सिम्युलेटेड डिलीवरी में बाधा आ सकती है और भाग खराब हो सकते हैं।
- असंगत लुब्रिकेंट से बर्थ कैनाल की सामग्री खराब हो सकती है।
- शिशु मॉडल को अधिक बल से खींचने पर इंसर्ट या कनेक्टर फट सकते हैं।
- सिम्युलेशन को सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रशिक्षण का विकल्प मानने से असुरक्षित अपेक्षाएँ बन सकती हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।