DO Meter



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium**

1 labs

इन lab items पर लागू: Dissolved Oxygen (DO) meter

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dissolved Oxygen (DO) Meter water sample में घुली oxygen मापता है। सही readings के लिए instructions के अनुसार meter calibrate करें और probe सावधानी से संभालें।

उपयोग कैसे करें

1. Meter, probe, cable और sensor membrane या cap में damage जाँचें।
2. Meter चालू करें और battery status तथा measurement units जाँचें।
3. Manufacturer की procedure और जरूरी conditions के अनुसार calibration करें।
4. Probe को साफ पानी से rinse करें और instructions के अनुसार अतिरिक्त droplets हटाएँ।
5. Probe को sample में जरूरी depth तक रखें और air bubbles फँसने से बचें।
6. Reading स्थिर होने दें और DO, temperature, units तथा sample details लिखें।
7. Measurement के बाद probe rinse करें और probe type के अनुसार store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Unknown या contaminated water samples के लिए laboratory precautions अपनाएँ।
- Electrical connectors सूखे रखें और rated limit से आगे parts न डुबोएँ।
- Sensor membrane या sensitive probe tip को न छुएँ और damage न करें।

देखभाल और रखरखाव

- Probe साफ करें और manufacturer के निर्देशानुसार storage cap या solution बनाए रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।