28 January, 2022

Emerson Automation Solutions

Av. Hollingsworth, 325 Sorocaba, SP - Brasil - 18087-105

Calibration Data Sheet Consistent with ISO 10474 3.1 or EN 10204 3.1 Folha de dados de Calibração consistente com a ISO 10474 3.1 ou EN 10204 3.1

Customer Information Informação da Calibração

Name: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP

PO: 84531-21/1

FUNCAMP

Manufacturer Information

Informação do Fabricante

Sales Order: 2123398

Line: 1

Device Information

Informação do Instrumento

Device Type: Pressure Transmitter

Customer Ref/ID: N/A Serial No: 0087129

Model No:3051CD2A02A1AH2M5Q4

Module Serial No: 20248675

Output: Linear **Device ID: 9876989** Calibration Information

Informação da Calibração

Factory: Sorocaba, SP, Brazil

Station Name: MEDIUM_RANGE_CAL

Operator ID: 344

Calibration Date: 01/27/2022 02:27:23 PM

Internal Ref #: 10084091

Permanent Tag Information

LZWV-005

Wire-On Tag Information

Equipment Used

EqNumber:	EqName: Multimeter	
EL044		
EL276	Load Box	
PS130	Pressure Controller	

Calibration Data

Range: 0.000 TO 62.000 kPa

Reference of Calibration: Differential Damping: 0.40 seconds

% of Range Applied Pressure Requested Applied Pressure Analog Output (mA) % Span Error Pass/Fax 100.000 8.992 PSI 62.0000 kPa 20.00116 0.00725 PASS 80.000 7.194 PSI 49.6000 kPa 16.80226 0.01413 PASS 60.000 5.395 PSI 37.2000 kPa 13.60250 0.01563 PASS 40.000 3.597 PSI 24.8000 kPa 10.40316 0.01975 PASS 20.000 1.798 PSI 12.3999 kPa 7.20160 0.01013 PASS 0.000 PSI 0.0000 kPa 4.00112 0.00700 PASS			=j				
80.000 7.194 PSI 49.6000 kPa 16.80226 0.01413 PASS 60.000 5.395 PSI 37.2000 kPa 13.60250 0.01563 PASS 40.000 3.597 PSI 24.8000 kPa 10.40316 0.01975 PASS 20.000 1.798 PSI 12.3999 kPa 7.20160 0.01013 PASS	% of Range	Applied Pressure	Requested Applied Pressure	Analog Output (mA)	% Span Error	Pass/Fail	
60.000 5.395 PSI 37.2000 kPa 13.60250 0.01563 PASS 40.000 3.597 PSI 24.8000 kPa 10.40316 0.01975 PASS 20.000 1.798 PSI 12.3999 kPa 7.20160 0.01013 PASS	100.000	8.992 PSI	62.0000 kPa	20.00116	0.00725	PASS	
40.000 3.597 PSI 24.8000 kPa 10.40316 0.01975 PASS 20.000 1.798 PSI 12.3999 kPa 7.20160 0.01013 PASS	80.000	7.194 PSI	49.6000 kPa	16.80226	0.01413	PASS	
20.000 1.798 PSI 12.3999 kPa 7.20160 0.01013 PASS	60.000	5.395 PSI	37.2000 kPa	13.60250	0.01563	PASS	
7.20100 0.01010 FASS	40.000	3.597 PSI	24.8000 kPa	10.40316	0.01975	PASS	
0.000	20.000	1.798 PSI	12.3999 kPa	7.20160	0.01013	PASS	
	0.000	0.000 PSI	0.0000 kPa	4.00112	0.00700	PASS	

This is to certify that the listed product meets the applicable Rosemount Specifications. Measuring and test equipment used in the manufacture and inspection of the listed product are traceable to the National Institute of Standards and Technology. The calibration system was designed to meet the intent of ANSI Z540-1-1994.

Certificamos que os produtos listados antendem as especificações da Rosemount Inc. Equipamentos de medição e teste utilizados na manufatura e inspecção do produto listado são rastreaveis à Rede Brasileira de Calibração. O sistema de calibração foi estabelecido para atender a ANSI Z540-1-1994.

Francisco Pedrassolli Quality Representative