## 28 January, 2022

**Emerson Automation Solutions** 

Av. Hollingsworth, 325 Sorocaba, SP - Brasil - 18087-105

Calibration Data Sheet Consistent with ISO 10474 3.1 or EN 10204 3.1 Folha de dados de Calibração consistente com a ISO 10474 3.1 ou EN 10204 3.1

Customer Information Informação da Calibração Name: FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP PO: 84531-21/1	Manufacturer Information Informação do Fabricante Sales Order: 2123398 Line: 1
Device Information Informação do Instrumento Device Type: Pressure Transmitter Customer Ref/ID: N/A Serial No: 0087127	Calibration Information Informação da Calibração Factory: Sorocaba, SP, Brazil Station Name: MEDIUM_RANGE_CAL Operator ID: 344 Calibration Date: 01/27/2022 03:38:17 PM
Model No:3051CD2A02A1AH2M5Q4	
Module Serial No: 20345571 Output: Linear Device ID: 9972698	Internal Ref #: 10084089
Permanent Tag Information	Wire-On Tag Information
LZWV-003	

## **Equipment Used**

EqNumber:	qNumber: EqName:	
EL044	Multimeter	
EL276	Load Box	
PS130	Pressure Controller	

## **Calibration Data**

Range: 0.000 TO 62.000 kPa

Reference of Calibration: Differential Damping: 0.40 seconds

	3				
Applied Pressure	Requested Applied Pressure	Analog Output (mA)	% Span Error	Pass/Fail	
8.992 PSI	62.0000 kPa	20.00040	0.00250	PASS	
7.194 PSI	49.6000 kPa	16.80092	0.00575	PASS	
5.395 PSI	37.2000 kPa	13.60114	0.00713	PASS	
3.597 PSI	24.8000 kPa	10.40132	0.00825	PASS	
1.798 PSI	12.3999 kPa	7.20070	0.00450	PASS	
0.000 PSI	0.0000 kPa	4.00052	0.00325	PASS	
	8.992 PSI 7.194 PSI 5.395 PSI 3.597 PSI 1.798 PSI	8.992 PSI 62.0000 kPa  7.194 PSI 49.6000 kPa  5.395 PSI 37.2000 kPa  3.597 PSI 24.8000 kPa  1.798 PSI 12.3999 kPa	Applied Pressure         Requested Applied Pressure         Analog Output (mA)           8.992         PSI         62.0000 kPa         20.00040           7.194         PSI         49.6000 kPa         16.80092           5.395         PSI         37.2000 kPa         13.60114           3.597         PSI         24.8000 kPa         10.40132           1.798         PSI         12.3999 kPa         7.20070	Applied Pressure         Requested Applied Pressure         Analog Output (mA)         % Span Error           8.992         PSI         62.0000 kPa         20.00040         0.00250           7.194         PSI         49.6000 kPa         16.80092         0.00575           5.395         PSI         37.2000 kPa         13.60114         0.00713           3.597         PSI         24.8000 kPa         10.40132         0.00825           1.798         PSI         12.3999 kPa         7.20070         0.00450	

This is to certify that the listed product meets the applicable Rosemount Specifications. Measuring and test equipment used in the manufacture and inspection of the listed product are traceable to the National Institute of Standards and Technology. The calibration system was designed to meet the intent of ANSI Z540-1-1994.

Certificamos que os produtos listados antendem as especificações da Rosemount Inc. Equipamentos de medição e teste utilizados na manufatura e inspecção do produto listado são rastreaveis à Rede Brasileira de Calibração. O sistema de calibração foi estabelecido para atender a ANSI Z540-1-1994.

Francisco Pedrassolli

Quality Representative