Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

Лабораторная работа №5 ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ С ПОМОЩЬЮ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТОВ И ОБРАБОТКА ИЗМЕРЕНИЙ С МНОГОКРАТНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ

Выполнил студент гр
Принял преподаватель

Цель работы: изучение устройства и получение навыков измерения линейных размеров штангенинструментами и обработка измерений с многократными наблюдениями.

Теоретическая часть

1. *Штангенинструменты* применяют для линейных измерений, не требующих высокой точности. В группу этих инструментов входят штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Отсчетным приспособлением у них является *нониус*.

На нониусной линейке длина дополнительной шкалы I (рис. 1) равна целому числу делений основной шкалы, но количество делений на единицу больше. Интервал деления шкалы нониуса будет равен:

$$b = \frac{c(n-1)}{n} = \frac{l}{n},$$

где c — цена деления основной шкалы; l — длина шкалы нониуса, n — число делений нониуса.



Рис. 1. Нониусное отсчетное устройство

Отсчет по нониусу определяется из уравнения

$$e=c-b$$
,

подставив значение b, получим:

$$e=c-\frac{c(n-1)}{n}=\frac{c}{n}$$

Различают три типа штангенциркулей: ШЦ-1 с двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений и с линейкой для определения глубин (рис. 2, а), ШЦ-П - с двусторонним расположением губок для измерения и для разметки (рис. 2, 6), ШЦ-Ш- с односторонними губками для наружных и внутренних измерений (рис. 2, г). Штангенциркуль (см. рис. 2) состоит из штанги 7, неподвижных губок 1, изготовленных заодно со штангой, рамки 3 с подвижными губками 2, нониуса 10 и рамки 6. Рамки 3 и 6 соединены между собой микрометрическим винтом с гайкой 9. При помощи этого устройства осуществляется точная подача рамки 3.

Положение рамок 3 и 6 фиксируется винтами 4 и 5. В рамке 3 установлена плоская изогнутая пружина, которая обеспечивает постоянное прилегание рамки 3 к ребру штанги. Нижние губки предназначены для измерения как внутренних, так и наружных размеров. Верхние губки служат для измерения наружных размеров, а их заостренные концы – для выполнения разметочных работ.




Рис. 2. Штангенциркули: а - ШЦ I; б – ШЦ II; в - ШЦ III; 1 - неподвижные губки; 2 – подвижные губки; 3 - рамка; 4 - зажим рамки; 5 - зажим рамки микрометрической подачи; 6 - рамка микрометрической подачи; 7 - штанга; 8 - линейка глубиномера, 9 - винт и гайка микрометрической подачи; 10 – нониус

Точность показаний штангенциркуля зависит от правильности его установки на изделии.

Для измерения изделия штангенциркулем необходимо:

- -открепить рамки 3 и 6, передвинуть их вдоль штанги и расположить рамку 3 так, чтобы измеряемое изделие можно было установить между измерительными плоскостями губок;
- -с помощью микровинта передвинуть рамку 3 до получения плотного прилегания поверхностей обеих губок к поверхностям измеряемого изделия;
 - закрепить стопорный винт 4;
 - сняв инструмент с изделия, считать показания по шкале штанги и по нониусу.

При измерении внутренних размеров необходимо учесть толщину губок штангенциркуля.

2. Обработка результатов измерения штангенциркулем с многократными наблюдениями

Измерение производится с целью определения действительного значения измеряемой величины. Всякое измерение сопровождается погрешностями. Для повышения точности измерений проводят несколько наблюдений при измерении.

При статической обработке результатов группы наблюдений, руководствуясь ГОСТ 8.207–76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений, выполняют следующие операции согласно методике:

- -исключают известные систематические погрешности из результатов наблюдений;
- -исключают промахи, возникшие в результате грубых погрешностей;

- -проверяют гипотезу о том, что результаты наблюдений распределяются по нормальному закону;
 - -вычисляют доверительные границы случайной погрешности результата измерения;
- -вычисляют доверительные границы неучтенной систематической погрешности результата измерения;
 - -вычисляют доверительные границы погрешности результата измерения.

Известные систематические погрешности исключают введением в результаты наблюдений соответствующих поправок.

Если оператор в ходе измерения обнаруживает результат x_n , резко отличающийся от остальных результатов наблюдений (промах), и достоверно находит причину его появления, он вправе отбросить этот результат и провести (при необходимости) дополнительное наблюдение взамен отброшенного.

Практическая часть

При многократном измерении диаметра вала \emptyset ____ штангенциркулем, получены следующие результаты:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_i ,												
MM												

Неучтенная систематическая погрешность результата измерения, вызванная отклонением температуры вала от нормальной θ =2 мкм.

Определим, является ли результат промахом и запишем результат измерении с доверительная вероятностью P = 0.95.

1. Среднее арифметическое значение измеряемой величины:

$$\dot{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \dots, \text{ MM}.$$

2. Среднее квадратичное отклонение:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \acute{x})^2}{n-1}} = ..., MM.$$

3. Определим наличие (отсутствие) предполагаемого промаха x_n от \acute{x}

При числе измерений n<20 и нормальном распределении результатов измерений целесообразно применять критерий Романовского. При n=12 получаем $z_{\rm T}=2,52$, соответственно z, при этом вычисляют как

$$z = \frac{\left|x_{max} - \acute{x}\right|}{S} = ...,$$
 что меньше 2,52, значит, это не промах.

 $z = \dot{c}$, что меньше 2,52, значит, это не промах.

4. Средняя квадратическая погрешность результатов измерений среднего арифметического $S_{\dot{x}}$:

$$S_{\dot{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} = \dots$$

5. Доверительные границы случайной погрешности результата измерения \pm ϵ при доверительной вероятности P находим по формуле

$$\varepsilon = \pm t S(x)$$
,

где t – коэффициент Стьюдента.

При P=0,95 и n=12 получаем t=2,262 и ε = t-S = 2,262·... \approx ... мм.

- 6. Так как отношение $\frac{\theta}{S_{\dot{x}}} = \frac{0,002}{\Box} < 0.8$, то неучтенной систематической погрешностью по сравнению со случайной погрешностью можно пренебречь и принять, что граница погрешности результата измерения $\Delta = \varepsilon$.
- 7. Представляем результат измерения в виде $X = \acute{x} \pm (\Delta x)_{\Sigma}$, P (P доверительная вероятность).

Результат: $X = \acute{x} \pm \Delta = ... \pm ..., 0,95$.

Таблица 1. Результаты наблюдений и вычислений

X арактеристики размера x_i , мм \dot{x} ,										
Обозначение размера	Преде. отклон	пьные пения,	Преде		Допуск, T_d , мм	VI,5	, , ,	Результаты измерения, мм		
	es	ei	d_{max}	d_{min}						
Ø										
Заключение о годности детали:										

Вывод: изучили устройства и получили навыки измерения линейных размеров штангенинструментами и обработки измерений с многократными наблюдениями.