

### 大林算法

——选自第6.2节 大林算法

通信工程学院 唐志国

2022.05

由国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管病报告2018》

#### 显示

- > 在2.9亿名心血管病患者中,心力衰竭有450万人。
- > 从2005年开始,急性心梗全国死亡率呈现快速上升趋势。
























劳累过度、压力过大、吸烟过多、 运动过少、暴饮 暴食……现代人 高强度、快节奏、 不规律的生活极 易导致心梗、心 衰的发生。








#### 护理要务:强心、利尿、降压、扩管







微量泵是便携式医疗器械,体积小 重量轻,注射药物精确、微量、适 用于长时间微量给药。




International Conference on Microelectronics, Communication and Renewable Energy (ICMiCR-2013)

#### Design of Drug Delivery System for Blood Pressure Control

Manju V S, M.Tech(Control Systems),2010-2012, IIT Kharagpur Srinivasu Maka, Professor, Electrical Department,IIT Kharagpur

techniques. With Dahlin's controller and IMC the Abstract- Hypert reases the settling time was very much reduced than with unity easing the surgery. Infusion nitroprusside (SNI urth order PID controller. Even though the most patients. D very fast infusion is found t reaction (15 - 60 sec.) to the infusion of sodium Hence various automatic control methods are studied. Unity feedback control, PID total dosage of Y(z)Dahlin's control have been  $Y_{rt}(z)$ as been reported of each method are compa D(Z) G<sub>o</sub>H(Z) 1. INTRODUCT

#### 大林算法





#### 下列纯滞后系统属于大滞后的是

$$G_p(s) = \frac{8e^{-3s}}{5s+1}$$

$$G_p(s) = \frac{8e^{-5s}}{5s+1}$$

$$G_p(s) = \frac{3e^{-10s}}{100s+1}$$

$$G_p(s) = \frac{3e^{-4s}}{(10s+1)(6s+1)}$$

$$G_p(s) = \frac{12e^{-s}}{(8s+1)(6s+1)}$$

#### 一阶惯性+纯滞后

$$G_p(s) = \frac{K_p e^{-\tau s}}{T_1 s + 1}$$

#### 二阶惯性+纯滞后

$$G_{p}(s) = \frac{K_{p}e^{-\tau s}}{(T_{1}s+1)(T_{2}s+1)} \frac{\tau}{t}$$

数量关系	名称	对策
小于0.3	小滞后	忽略
0.3至0.5中间	中滞后	常规控制
大于0.5	大滞后	专门控制

纯滞后又称延迟、迟滞或延时,可以按照纯滞后时间τ与惯性时间常数T<sub>1</sub>之比来衡量系统滞后的大小。


## 大滞后


- ▶ 被控量对干扰、控制信号不能即时的反映。
- 系统的稳定性降低,过渡过程特性变坏(较大的超调量和较长的调节时间)。
- 对这类系统,控制器如果设计不当,常常会引起系统的 超调和持续振荡。


#### 在控制方案上,应该采用补偿方法、补偿大滞后造成的不利影响。


# 确定目标

闭环控制系统的目标:①稳定、②无超调量或超调量很小、 ③消除稳态误差、④允许有较长的调节时间,则大林算法 的控制效果往往比数字PID等控制算法具有更好的效果。









#### 以注射硝普钠为例

老年病人和肝肾功能不全者对<mark>降压</mark> 反应敏感,且中毒几率增加


血压过低时减慢 滴速或暂停 氰化物中毒迹象

硫氰化物中毒迹象

血压



流速





$$MAP = P_0 + P_d - P_\Delta + n$$


患者初始 平均动脉压 因肾素反射作用 平均动脉压改变量 因注射SNP平均 动脉压改变量 随机 干扰

#### SNP注射流速与由它引起的平均动脉压改变量

$$G_p(s) = \frac{P_{\Delta}(s)}{I(s)} = \frac{K_p e^{-\tau s} (1 + \alpha e^{-L_i s})}{T_1 s + 1}$$

 $K_p$ 是病人对SNP的敏感程度; $\tau$ 是从微量泵注射的初始传输滞后; $\alpha$ 是再循环药物对患者血压影响的再循环常数; $L_i$ 是药物全身循环的时间滞后; $T_1$ 系统惯性时间常数。





·微量泵注射过程血压-流 速数学模型

$$G_p(s) = \frac{e^{-30s}}{24s + 1}$$

•期望闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{e^{-30s}}{9s+1}$$

•试按大林算法求取控制器。设采样周期 7=30s


Manju V S, Maka S. Design of drug delivery system for blood pressure control, 2013:1-5. Shengjian Z, Bo H, Lixin P, et al. Adaptive control for blood pressure with Dahlin algorithm1988.


$$G(z) = Z\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{e^{-\tau s}}{T_1 s + 1}\right] = \frac{0.7135 z^{-2}}{1 - 0.2865 z^{-1}}$$

$$\Phi(z) = Z\left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{e^{-\tau s}}{T_c s + 1}\right] = \frac{0.9643z^{-2}}{1 - 0.03567z^{-1}}$$

 $D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]}$ 

$$D(z) = 0.5 + \frac{0.001}{1 - z^{-1}}$$





数字PT控制

#### 3.大林算法分析与思考

#### 思考: 大林算法为什么会有这么好的性能?

确定目标

闭环控制系统的目标:①稳定、②无超调量或超调量很小、 ③消除稳态误差、④允许有较长的调节时间,则大林算法 的控制效果往往比数字PID等控制算法具有更好的效果。

$$\Phi(s) = \frac{1}{T_c s + 1} e^{-\tau s}$$
 7。为理想闭环惯性时间常数

$$D(z) = \frac{(1 - e^{-T/T_c})(1 - e^{T/T_1}z^{-1})}{K_p(1 - e^{-T/T_1})[1 - e^{-T/T_c}z^{-1} - (1 - e^{-T/T_c})z^{-(N+1)}]} = \frac{(1 - a)(1 - bz^{-1})}{K_p(1 - b)[1 - az^{-1} - (1 - a)z^{-(N+1)}]}$$

$$S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \quad D(z) = \frac{(1 - a)(1 - bz^{-1})}{K_p(1 - b)(1 - z^{-1})[1 + (1 - a)z^{-1} + \dots + (1 - a)z^{-N}]}$$

$$z = 1 \qquad D(z) = \frac{(1 - a)(1 - bz^{-1})}{K_p(1 - b)(1 - z^{-1})[1 + (1 - a)N]}$$

#### 3.大林算法分析与思考


### 思考: 大林算法为什么会得到广泛应用?







#### 不同类型的元件或系统,可具有形式相同的数学模型, 我们称这些系统为相似系统。







针对含有纯滞后的高阶复杂系统,若想利用大林算法进行控制,下列哪些数学模型简化或近似方法可以使用?

- A 寻求主导极点
- 泰勒级数展开近似一个门近似地很满面近处改强性孤常
- **C** 多个小惯性时间常数合并
- D 多阶小惯性环节中高阶项忽略

提交

#### 3.大林算法分析与思考

#### A.寻求主导极点

$$G(s) = \frac{k(T_4s+1)}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \qquad T_3 = T_4$$

$$T_2 < 5T_1$$

### $G(s) = \frac{\kappa}{(T.s+1)}$

#### B.泰勒级数展开近似

$$e^{-\tau s} = \frac{1}{1 + \tau s + \frac{\tau^2}{2!} s^2 + \frac{\tau^3}{3!} s^3 + \cdots}$$

$$e^{-\tau s} = \frac{1}{1 + \tau s}$$

#### C.多个小惯性时间常数合并

$$G(s) = \frac{k}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)} \qquad \frac{T_1, T_2 \ll T_3}{T_{\Sigma} = T_1 + T_2} \qquad G(s) = \frac{k}{(T_{\Sigma}s+1)(T_3s+1)}$$

$$T_1, T_2 \ll T_3$$

$$T_{\Sigma} = T_1 + T_2$$

$$G(s) = \frac{k}{(T_{\Sigma}s + 1)(T_3s + 1)}$$

#### D.多阶小惯性环节中高阶项忽略


$$G(s) = \frac{k}{(T_1 s + 1)(as^3 + bs^2 + cs + 1)}$$

$$bc > a$$
$$a, b \ll c$$

$$G(s) = \frac{k}{(T_1 s + 1)(cs + 1)}$$

#### 3.大林算法分析与思考

#### 思考: 大林算法为什么会经久不衰?



1938年,爱因斯坦在《物理学的进化》中说: "提出一个问题往往比解决一个问题更为重要,因为解决一个问题也许是一个数学上或实验上的技巧问题。而提出新的问题、新的可能性,从新的角度看旧问题,却需要创造性的想像力,而且标志着科学的真正进步。"提出问题、分析问题、解决问题,这是人们处理事物的方法。从某个角度来说:提出问题是成功的一半。



习近平指出: "我国科技界要坚定创新自信,坚定敢为天下先的志向,在独创独有上下功夫,勇于挑战最前沿的科学问题,提出更多原创理论,作出更多原创发现,力争在重要科技领域实现跨越发展,跟上甚至引领世界科技发展新方向,掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。"

#### 本讲小结

#### 一个目标

$$\Phi(s) = \frac{1}{T_c s + 1} e^{-\tau s}$$

#### 两类对象

$$G_{p}(s) = rac{K_{p}e^{- au s}}{T_{1}s+1}, \qquad au = NT$$
  $G_{p}(s) = rac{K_{p}e^{- au s}}{(T_{1}s+1)(T_{2}s+1)}, \qquad au = NT$ 

#### 三步走

被控对象离散化

期望闭环离散化

计算整理控制器


#### 数字PI控制器 + 史密斯预估补偿

相似系统+高阶近似

透过现象看本质 + 发现问题更重要

#### 课后作业

- 1.学习慕课《大林算法与史密斯预估器的关系》
- 2.<mark>独立完成</mark>: 试着用大林算法为乙烯污水处理过程 消毒池进行流量控制,并用MATLAB软件仿真系统 的流量输出曲线,及控制器的输出曲线。
- 3.<mark>小组讨论</mark>: 你的仿真曲线与课上的曲线有何不同? 出现什么奇怪的特征了吗? 同组伙伴是否也有这样 的特征? 为什么会这样? 需要解决吗? 怎么解决?



4.小组按兴趣选做:主题为"微量泵自动监测与注射系统设计"(本课程相应课程设计的第四选题)。

提示: 血压精准检测、流量无线监测与控制

附论文和专利, 仅供参考

#### 参考书籍与相关资料

#### 参考 书籍

相关资料

- 李元春《计算机控制系统》高等教育出版社
- 高金源《计算机控制系统》高等教育出版社
  - 中国慕课网<u>https://www.icourse163.org/course/NEU-1001765003</u>
- ────● 网络遥操作相关网络资源。
- Shengjian Z, Bo H, Lixin P, et al. Adaptive control for blood pressure with Dahlin algorithm[C]// IEEE International Conference on Systems. IEEE, 1988.
  - Manju V S, Maka S. Design of drug delivery system for blood pressure control, 2013:1-5.
    - --- 心血管自动反馈控制给药治疗仪 专利 CN2768663
- 血压自动监测分析和自动调节机器人给药系统 专利 CN204468062U





# 谢谢!