ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory

접수번호 : 22-079113-01-1 총 2 페이지중 1페이지

인증번호 제PIA-02-2023-1호

간이측정기 성능인증서

상 호 (사업장 명칭)	주식회사 에프티랩	
대표자 성명	고재준	
사업장 소재지	경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8, 503(신길동, 정우벤처 1차) (전화번호: 070-4906-4702)	
인증내용	제조사 주식회사 에프티랩	제조국가 대한민국
	기기명칭 센서형 라돈(Rn-222) 간이측정기	측정방식 이온화상자
	상품명(고유명칭) 라돈아이알파	측정범위 최소: 7 Bq/㎥ 최대: 3700 Bq/㎥
	최소눈금(단위) 1 Bq/㎥	공인측정 오차범위 상대정확도 : 19.3 %
	성능인증 등급 1등급	

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제9조의3제1항 및 같은 법 시행 규칙 제6조의6제2항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2023년 01월 18일

한국산업기술시험원장

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험결과 (Test Results)

상품명(고유명칭)		라돈아이알파	
성능인증 등급		1등급	
평가항목	반복재현성	지시오차	상대정확도
등급	1등급	1등급	1등급

이 하 여 백

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.