인증번호 제 PIA-02-2023-2 호

간이측정기 성능인증서

상 호 (사업장 명칭)	주식회사 에프티랩	
성 명 (대표자)	고재준	
사업장 소재지	경기도 안산시 단원구 해봉로330번길 8 (신길동, 정우벤처타운1) 503호 (전화번호 : 070-4906-4702)	
인증내용	제조사 (주)에프티랩	제조국가 대한민국
	기기명칭 라돈아이플러스2알파	측정방식 펄스형 이온화챔버
	상품명(고유명칭) RD201P2	측정범위 최소: 4 Bq/㎥ 최대: 1 000 Bq/㎥
	최소눈금(단위) 1 Bq/㎥	공인측정 오차범위 23.0 % (상대정확도)
	성능인증 등급	1등급

「환경분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제9조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제6조의6제2항에 따라 위와 같이 성능인증서를 발급합니다.

2023년 03월 13일

한국건설생활환경시험연구원장

인증번호 제 PIA-02-2023-2호

성능평가결과

(실내공기질분야/라돈)

구분	항목	최대값 결과		등급 결과		인증등급
실내시험	반복성	8.636	%	1	등급	1 등급
	지시오차	12.558	%	1	등급	
실외시험	상대정확도	23.0	%	1	등급	

※ 인증등급

○ 대기분야, 실내공기질 분야(이산화질소, 일산화탄소, 오존, 이산화탄소)

등급	반복성(실내)	직선성(실내)	상대정확도(실외)
1등급	≤ 10.00 %	≤ 15.00 %	≤ 30 %
등급 외	> 10.00 %	> 15.00 %	> 30 %

○ 실내공기질 분야(라돈)

등급	반복성(실내)	지시오차(실내)	상대정확도(실외)
1등급	≤ 20 %	≤ 20 %	≤ 30 %
등급 외	> 20 %	> 20 %	> 30 %

인증신청자(상호명)		㈜ 에프티랩
시험품 정보	제작사	㈜ 에프티랩
	상품명 (고유명칭)	RD201P2



<사진>

EI-QP-09