【서지사항】

【서류명】 의견(답변, 소명)서

【서류구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0165343

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0097336-82

【의견내용】 별지와 같음

【취지】 위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【의견내용】

Ⅰ. 진행상황 및 거절이유

본원 2018년 특허출원 제165343호(이하, "본원발명"이라 함)는 발명의 명칭을 '이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치'로 하여, 2018년 12월 19일자로 출원되고, 동일자로 우선 심사청구되어, 2019년 2월 11일자로 의견제출을 통지 받았습니다.

본원에 대한 거절이유에서는,

『1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제10항, 제13항 내지 제14항, 제16항 내지 제25항, 제27항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개평08-136663호(1996.05.31.)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2012-002736호(2012.01.05.)

인용발명 3 : 공개특허공보 제10-2017-0023601호(2017.03.06.)

인용발명 4 : 등록특허공보 제10-1583056호(2016.01.07.)

1-1. 청구항 1

청구항 1 발명과 인용발명1(공보 요약, 청구항1; 제24-41문단; 및 도1-2 참조)은 공통적으로 '이온화 챔버 방식의 라돈/토론 검출장치'에 관한 것으로서, 외

부의 공기를 유입하여 적어도 하나의 경로로 전달하는 공기 유입용 펌프(가스 흐름을 형성하는 펌프(56)); 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제1 센서모듈(제1검출유닛(30)); 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제2 센서모듈(제2검출유닛(32)); 및 상기 제1 및 제2 센서모듈로부터의 출력 검출신호를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈(신호 처리부(26))을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다. 차이점1을 살펴보면, 청구항 1 발명은 '상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈'을 포함하는데, 인용발명1에는 이에 대해 기재되지 않았습니다. 그런데, 이는 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 함.)이 인용발명2에 기재된 '배출 지연 수단'(공보 제29-32문단 및 도1-3 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다. 차이점2를 살펴보면, 청구항 1 발명의 상기 제어모듈은 '제1 및 제2 센서모듈로부터의 출력 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출'하는 점이 인용발명1의 신호처리부가 다른데, 이 구성은 통상의 기술자가 인용

발명3에 기재된 '알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 정상 알파입자 검출신호를 카운트하여 라돈 농도 값을 산출하는 제어모듈'(공보 제57,90문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(라돈 측정)에 속하는 상기 인용발명1에 인용발명2-3을 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-2. 종속 청구항 2-10, 및 13-14

청구항 2 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 제1,2 센서모듈은 이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 보조 탐침부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명3의 '이온화 챔버(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140); 제1,2 전치증폭기(150a,150b), 차동 증폭기(160)'(공보 청구항2; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 3 발명(제2항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압'인 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항3 참조) 있습니다.

청구항 4-6 발명(제2항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의

하여 발생된 이온전하를 검출하도록 구비; 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게; 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치'되는 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항4-6 참조) 있습니다.

청구항 7 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 제1,2 센서모듈은 이온화 챔버, 탐침부, 가드링부; 노이즈 검출부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명3의 '이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 노이즈 검출부; 제1,2 전치증폭기, 차동 증폭기'(공보 청구항7; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 8 발명(제7항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압'인 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항8 참조) 있습니다.

청구항 9 발명(제7항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는' 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항9 참조) 있습니다.

청구항 10 발명(제7항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어'지는 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항10 참조) 있습니다.

청구항 13 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 공기유입 지연 모듈은 공기 파이프를 원형의 스프링 형태로 복수 회 감아서 형성'되는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명2의 '곡절부를 갖는 배출 지연 수단'(공보 제30문단 및 도2-3 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다.

청구항 14 발명(제1항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 공기유입 지연모듈의 지연시간은, 5분 내지 10분 범위의 시간으로 이루어지고, 상기 기 설정된 측정시간은, 10분 내지 60분 범위의 시간으로 이루어'지는 점인데, 이러한 측정시간의 수치한정에 임계적 의의가 없어, 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없는 사항입니다. 따라서, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-3. 독립 청구항 16

청구항 16 발명과 인용발명1(공보 요약, 청구항1; 제24-41문단; 및 도1-2 참조)은 공통적으로 '이온화 챔버 방식의 라돈/토론 검출장치'에 관한 것으로서, 외부의 공기를 유입하여 제1 가스 배관으로 전달하는 공기 유입용 펌프(가스 흐름을 형성하는 펌프(56)); 유입된 공기를 제2 가스배관으로 출력되도록 구비되고, 일정 크기의 이온화 챔버로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 센서모듈(제1,2 검출유닛(30)); 및 상기 센서모듈로부터의 출력 검출신호를 기반으로 방사선 농도값을 산출하는 제어모듈(신호 처리부(26))을 포함하는 점이 실질적으로 동일합니다. 차이점1을 살펴보면, 청구항 16 발명은 '제2 가스배관 상에 설치되는

공기 개폐용 밸브'를 포함하는데, 인용발명1에는 이에 대해 기재되지 않았습니다. 그런데, 이는 통상의 기술자가 인용발명4에 기재된 '기체를 외부로 배출 또는 차단하는 차단 밸브(403)'(공보 제12문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 통상의 창작능력을 발휘하여 구상할 수 있습니다. 차이점2를 살펴보면, 청구항 16 발명의 상기 제어모듈은 '알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 공기 유입용 펌프가 일정 구동시간동안 가동된 후 상기 공기 유입용 펌프가 정지되도록 제어신호를 출력함과 동시에 상기 공기 개폐용 밸브가 폐쇄되도록 제어신호를 출력하고, 기 설정된 대기시간동안 기다린 후 상기 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출'하는 점이 인용발명1의 신호처리부가 다른데, 이 구성은 통상의 기술자가 인용발명3에 기재된 '알파입자 검출모듈로부터 출력된 전기적 신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 정상 알파입자 검출신호를 카운트하여 라돈 농도 값을 산출하는

제어모듈'(공보 제57,90문단 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다. 통상의 기술자가 실질적으로 동일 기술분야(방사선 측정)에 속하는 인용발명1에 상기 인용발명3-4를 결합하는 데에 별다른 어려움이 없으므로, 청구항 16 발명은 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 및 3-4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

1-4. 종속 청구항 17-25 및 27

청구항 17 발명(제16항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 센서모듈은 이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 보조 탐침부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명3의 '이온화 챔버(110), 주 탐침부(120), 가드링부(130), 보조 탐침부(140); 제1,2 전치증폭기(150a,150b), 차동증폭기(160)'(공보 청구항2; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 18 발명(제17항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압'인 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항3 참조) 있습니다.

청구항 19-21 발명(제17항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 주 탐침부는, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비; 상기 보조 탐침부의 길이는 상기 주 탐침부의 길이보다 짧게; 상기 보조 탐침부의 노출영역이 상기 주 탐침부의 노출영역보다 작게 배치'되는 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항4-6 참조) 있습니다.

청구항 22 발명(제16항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 센서모듈은 이온화 챔버, 탐침부, 가드링부; 노이즈 검출부; 제1,2 전치 증폭기, 및 차동 증폭기를 포함'하는 점인데, 이는 통상의 기술자가 인용발명3의 '이온화 챔버, 주 탐침부, 가드링부, 노이즈 검출부; 제1,2 전치증폭기, 차동 증폭기'(공보 청구항7; 제57-66,70,84문단; 및 도1 참조) 구성을 바탕으로 쉽게 구상할 수 있습니다.

청구항 23 발명(제22항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 이온화 챔버의 표면에 인가되는 바이어스 전원은, 50V 내지 300V 범위의 직류전압'인 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항8 참조) 있습니다.

청구항 24 발명(제22항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 탐침부는, 상기 이온화 챔버내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비되는' 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항9 참조) 있습니다.

청구항 25 발명(제22항을 인용)의 추가적인 특징은 '상기 노이즈 검출부는, 저항, 콘덴서 및 다이오드 중 적어도 어느 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어'지는 점인데, 이는 인용발명3에 실질적으로 동일하게 기재되어(공보 청구항10 참조) 있습니다.

청구항 27발명(제16항을 인용)의 추가적인 특징은 '공기 유입용 펌프의 구동시간은 10분 내지 60분 범위의 시간으로 이루어지고, 기 설정된 측정시간은 10분 내지 60분 범위의 시간으로 이루어지며, 기 설정된 대기시간은 5분 내지 10분 범위

의 시간으로 이루어'지는 점인데, 이러한 측정관련 시간의 수치한정에 임계적 의의가 없어, 통상의 기술자에게 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 없는 사항입니다. 따라서, 상기 청구항 발명들은 각각 통상의 기술자가 상기 인용발명 1 및 3-4로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.』

으로 되어 있습니다.

Ⅱ. 보정내용

이에 본 출원인은 상기 지적된 점들을 극복하기 위하여, 본 출원의 특허청구범위를 보정한 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하면서, 하기와 같이 의견개진합니다.

거절이유에서 지적된 내용을 극복하기 위하여, **특허 가능한 청구항인 청구항 15 및 청구항 26을 독립 청구항인 청구항 1 및 청구항 16에 각각 포함**하여 청구항 1 및 청구항 16의 내용을 보다 구체적으로 한정하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 출원시 명세서 및 도면에 기재된 범위 내의 보정으로 특허법 제47조 제2항의 규정에 따른 적법한 보정이라고 사료되는 바, 보정된 내용을 기초로 심사하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 의견내용

심사관님께서 지적하신 거절이유의 지적을 적극 수용하여 하기와 같이 청구

항 1 및 청구항 16을 보다 명확하게 특정하여 정정하였습니다.

[청구항 1] (원 청구항 1+15)

외부의 공기를 유입하여 적어도 하나의 경로로 전달하는 공기 유입용 펌프;

상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제1 경로 상의 제1 가스배관을 통해 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제1 센서모듈;

상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 제2 경로 상의 제2 가스배관을 통해 전달받아 일정 지연시간동안 지연시켜 출력하는 공기유입 지연모듈;

상기 공기유입 지연모듈로부터 출력된 공기를 전달받고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 제2 센서모듈; 및

상기 제1 및 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 각각 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보 데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 방사선 농도 값을 각각 산출하는 제어모듈을 포함하되,

상기 제어모듈은, 상기 제1 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 제2 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제1 방사선 농도 값에서 상기 산출된 제2 방사선 농도 값의 차이를 계산하여 제3 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제2 방사선 농도 값을 라돈 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어함과 아울러 상기 산출된 제3 방사선 농도 값을 토론 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치.

[청구항 16] (원 청구항 16+26)

외부의 공기를 유입하여 일정 길이를 갖는 제1 가스배관으로 전달하는 공기 유입용 펌프;

상기 공기 유입용 펌프로부터 유입된 공기를 상기 제1 가스배관을 통해 전달

받아 일정 길이를 갖는 제2 가스배관으로 출력되도록 구비되고, 일정 크기의 이온화 챔버 내로 상기 제1 가스배관을 통해 유입된 공기 중에 포함된 라돈 및 토론에서 방출되는 알파(α)입자를 검출하여 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 출력하는 센서모듈;

외부의 제어신호에 의한 개폐동작에 따라 상기 제2 가스배관을 통해 전달된 공기가 외부로 배출 또는 차단되도록 상기 제2 가스배관 상에 설치되는 공기 개폐용 밸브; 및

상기 공기 개폐용 밸브가 개방되도록 제어신호를 출력함과 동시에 상기 공기 유입용 펌프가 일정 구동시간동안 가동되도록 제어신호를 출력한 후 상기 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자 검출신호의 횟수를 기반으로 제1 방사선 농도 값을 산출하고, 상기 공기 유입용 펌프가 일정 구동시간동안 가동된 후 상기 공기 유입용 펌프가 정지되도록 제어신호를 출력함과 동시에 상기 공기 개폐용 밸브가 폐쇄되도록 제어신호를 출력하고, 기 설정된 대기시간동안 기다린 후 상기 센서모듈로부터 출력된 전기적 신호의 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터와 파형을 비교 분석하여 정상 또는 비정상 알파입자 검출신호를 구별하고, 기 설정된 측정시간동안 구별된 정상 알파입자 검출신호를 카운트하며, 카운트된 정상 알파입자

검출신호의 횟수를 기반으로 제2 방사선 농도 값을 산출하는 제어모듈을 포함하되,

상기 제어모듈은, 상기 산출된 제1 방사선 농도 값에서 상기 산출된 제2 방사선 농도 값의 차이를 계산하여 제3 방사선 농도 값을 산출하며, 상기 산출된 제2 방사선 농도 값을 라돈 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어함과 아울러 상기 산출된 제3 방사선 농도 값을 토론 농도 값으로 디스플레이 화면에 표시되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치.

상기와 같이, 본원발명의 청구항 1 및 청구항 16을 보다 명확하게 특정함에 따라 상기의 거절이유에서 지적된 사항은 해소된 것으로 사료됩니다.

Ⅳ. 맺음

본 출원인은 본원발명의 특허청구범위를 보다 명확히 하는 보정서를 본 의견서와 동일자로 제출하오니 이들을 토대로 재심사하신 후 다른 거절 이유가 없으면 특허결정하여 주시기 바랍니다.