

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H5_1_2

2020-04-21 10:22:50.410000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	24.3 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.8 mbar
Volumenstrom	95.1 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	9.42
Aerosolkonzentration	20.35 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	1.5 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen: