

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S010\_2

2020-05-22 13:26:10.600000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	0.342 mbar
Volumenstrom	94.6 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	73.98
Aerosolkonzentration	22.67 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: