


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A307	2020-05-12 18:21:11.570000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.3 mbar
Volumenstrom	14.1 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	8.43
Aerosolkonzentration	129.81 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Jetzt Handfest angezogen