


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A311	2020-05-12 19:13:14.780000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	0.0 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	170.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	4.63
Aerosolkonzentration	21.25 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: