


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A314	2020-05-11 17:58:18.260000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.2 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.53
Aerosolkonzentration	22.65 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample Flow auf 30 runter