

# Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Missadola Technology

2626-2

UKA02-4

2020-06-08 05:26:08.630000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.5 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	18.02
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: