


## Durchlasstest

| Hersteller | Produktname | Probenname | Datum                      |
|------------|-------------|------------|----------------------------|
| 3M         | 9501V+      | LH330      | 2020-05-13 09:02:30.160000 |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0                     |
| Differenzdruck Maske       | 1.8 mbar                |
| Volumenstrom               | 95.0 L/min              |
| Nozzle Pressure            | 200.0 mbar              |
| NaCl Konzentration         | 3.0 w%                  |
| Setup                      | Maskenteststand v1.0    |
| Charge                     | -                       |
| Durchlass                  | 2.91                    |
| Aerosolkonzentration       | 22.57 mg/m <sup>3</sup> |
| Messzeit                   | 180 sec                 |



Optische Mängel:

Anmerkungen: