

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S004

2020-04-06 05:09:05.150000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	0.0 mbar
Differenzdruck ohne Maske	0.0 mbar
Volumenstrom	0.0 L/min
Nozzle Pressure	0.0 mbar
NaCl Konzentration	0.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	16.88
Aerosolkonzentration	2034.0 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.0 mbar



Optische Mängel:

Anmerkungen:

Maske wurde zur ersten Sterilisation gegeben