

# Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

Berner

K15\_1

2020-07-31 03:31:33.070000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.6 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.16
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: