

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S019_2

2020-05-22 14:57:24.240000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	1.709 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.56
Aerosolkonzentration	22.62 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: